







Contra-indicaties voor het gebruik van elektromagnetische stimulatie:

- **De patiënt heeft een pace-maker;**
- **De patiënt heeft een geïmplanteerde defibrillator (I.C.D.);**
- **De patient is zwanger;**
- **De patient heeft een verhoogde kans op thrombose;**
- **De patiënt heeft een geïmplanteerd gehoorapparaat.**
- **Bij gebruik van de i-LIGHT: overtuig u ervan dat de patiënt niet gevoelig is voor epileptische aanvallen**



Het i-Health® Systeem mag uitsluitend worden gebruikt na een gedegen opleiding.

Raadpleeg de bijzonderheden over het trainingsprogramma dat uw i-Health vertegenwoordiging ter beschikking heeft.

Lees de gebruiksaanwijzingen van de te gebruiken apparatuur m.b.t. alle waarschuwingen en contra-indicaties

Neem contact op met uw i-Health vertegenwoordiging als u vragen heeft

Deze gebruiksaanwijzing dient ter ondersteuning van de gebruiker van i-Health Systems bij het hanteren van de diverse meetprotocollen en de zaken rond de patiëntbehandeling. De metingen en interpretaties zijn aanvullend en ondersteunend op de gangbare anamnese en het fysieke onderzoek en dienen nimmer ter vervanging.

INHOUDSOPGAVE

HAND OUT i-health ENERGY SKIN CARE MODULE	1
inhoudsopgave	4
1. DE ENERGIE SKIN CARE MODULE: HUIDREGENERATIE OP BASIS VAN HUIDWEERSTANDSMETINGEN	5
1.1 INTERACTIEVE en geïntegreerde BEHANDELPROGRAMMA'S	5
1.2 MERIDIANEN EN ORGANEN	5
2. DE ENERGY SKIN CARE MODULE: overzicht van behandel mogelijkheden	7
2.1 computergestuurde cosmetische interventies	7
2.2 Behandeling met de i-LIGHT en de i-MATRIX	8
3. DE JUISTE PROTOCOLKEUZE MAKEN	13
3.1 Wanneer welk protocol toepassen?	13
3.2 Contra-indicaties	15
4. BEHANDELONDERDELEN NADER BELICHT	15
4.1 Behandeling van het bindweefsel	15
4.2 Lymfdrainage en bindweefselmassage	17
4.3 Revitalisatie/regeneratie	17
4.4. Localisatie gelaatszones	17
4.5 Eliminatie via de buik en de borst	20
4.6. Consolidatie	21
4.7 starten van het ENERGY SKIN CARE-proGRAMMA	21
5. DE PROTOCOLLEN NADER BELICHT	25
5.1 SKIN CARE I: LICHAAMSREGENERATIE: ontgiftig VAN HET BINDWEEFSEL- EN LYMFYSYSTEEM	25
5.2 SKIN CARE II: GELAATSREGENERATIE: ONTGIFTING EN REVITALISATIE VAN DE GELAATSZONES	25
5.3 REJUVENATION PROGRAMMA	25
5.4 ANTI-RIMPEL PROGRAMMA	25
5.5 ACNE PROTOCOL	25
5.6 CELLULITE PROTOCOL	25

5.7 SPECIAL SOLUTIONS	25
5.1. SKIN CARE I: ALGEMENE REGENERATIE – DETOX EN REVITALISATIE	25
5.2 SKIN CARE 2: gelaatsREGENERATIE –DETOX EN REVITALISATIE VAN DE GEZICHTSZONES	30
5.3 REJUVENATION PROGRAMMA	37
5.4 ANTI-RIMPEL PROGRAMMA	42
5.5 ACNE PROGRAMMA	50
5.6 CELLULITE PROGRAMMA	55
5.7 SPECIAL SOLUTIONS	62

1. DE ENERGIE SKIN CARE MODULE: HUIDREGENERATIE OP BASIS VAN HUIDWEERSTANDSMETINGEN

1.1 INTERACTIEVE EN GEïNTEGREERDE BEHANDELPROGRAMMA'S

De i-Health apparatuur en de daarbij behorende software voor elektronische huidweerstandsmeting is geïntegreerd met apparatuur voor gemoduleerde galvanisatie, ritmische zuiggolfmassage, stimulatie met kleursequenties en elektromagnetische regulatie van m.n. dermatomen, reflexzones en acupunctuurpunten.

Alle stappen in de programma's zijn geautomatiseerd, maar de door het programma getoonde aanwijzingen zijn het rechtstreekse gevolg van de metingen. De huidweerstandsgrafieken informeren ons wat er gaande is tijdens behandelingen. Door het vergelijken van grafieken voor, tijdens en direct na een cosmetische interventie wordt de exacte reactie zichtbaar van het meridiaan-netwerk op die interventie. Op die manier komt men stap voor stap tot een zo effectief mogelijke behandel-aanpak.

1.2 MERIDIANEN EN ORGANEN

Het menselijk lichaam is een open systeem wat betreft de uitwisseling van energie en informatie. Communicatie-kanalen voor die informatie en energie zijn de klassieke Chinese meridianen. Zij

worden beschouwd als behorend tot het oudst bekende communicatie- en regulatiesysteem binnen het organisme. De ontwikkeling ervan begint in de embryonale fase met de formatie van de blastomeren. Meridianen zijn proteïne-ketens met super-geleidende eigenschappen die deze weefselstructuren volgen. De elektrische weerstand van deze proteïneketens zegt iets over de conditie van de organen en functies die gekoppeld zijn aan deze meridianen. Het itronic meetsysteem is zodanig ontworpen dat de impact ervan op de meridianen en organen minimaal is.

De 12 meridianen zijn genoemd naar, en verbonden met specifieke organen en/of functies en regulatieprocessen.

MERIDIAAN	ORGAAN	VOORBEELDEN VAN MERIDIAAN-ORGAAN-FUNCTIE RELATIES
Long	Long	Immuunsysteem, huid, gasuitwisseling
Dikke darm	Dikke darm	Lymphatisch systeem
Maag	Maag	pH regulatie
Milt-pancreas	Milt, bloed	N. Vagus, Koolhydraatstofwisseling en pancreas
Hart	Hart en bloedsomloop	Emotionele invloeden, bloedtoevoer naar het hart
Dunne darm	Dunne darm	Spijsvertering
Blaas	Blaas	Urogenitaal systeem, ogen, wervelkolom
Nier	Nier	Eliminatie van water-oplosbare toxines, regulatie van lichaamsvloeistoffen
Circulatie	Pericard en Epifyse	Bloeddruk, innervatie van arterien, pericardium
Drievoudige Verwarmer	Hypofyse	Endocriene systeem
Lever	Lever	Proteïne metabolisme
Galblaas	Galblaas	Cholesterol en vetmetabolisme




Fig. 2: Energietopografie en polariteit van het meridiaansysteem vanuit de klassieke TCM. In één oogopslag is te zien dat het hoofd volledig Yang is, de borstzone volledig Yin, en dat de energie-polariteit wisselt bij de handen en de voeten

2. DE ENERGY SKIN CARE MODULE: OVERZICHT VAN BEHANDELMOGELIJKHEDEN

2.1 COMPUTERGESTUURDE KOSMETISCHE INTERVENTIES

- Vegetatieve stress-, verzuring- en verslakkingsignalering m.b.v. huidweerstandsmetingen op de begin- en eindpunten van de meridianen zoals beschreven in de TCM;
- Verbetering van de vegetatieve stress-regulatie, regulatiecapaciteit, weerstand, lymf- en bloedcirculatie, ontspanning, ontzuring en huidregeneratie m.b.v. electromagnetisme, gemoduleerde galvanische stromen, vacuüm massagetechnieken en zichtbaar licht.

De Energy Skin Care module is erg flexibel en opent een grote verscheidenheid aan behandel mogelijkheden en opties.

Verklaard zal worden:

- Hoe de programma's zijn opgebouwd
- Welke wetmatigheden uit de acupunctuur van toepassing zijn

- c. Hoe de overeenkomsten te vinden tussen de huidproblematiek van de cliënt en het EDA energieprofiel
- d. Hoe tot een logische en verantwoorde combinatie van de verschillende programma's te komen.

Het is in de meeste gevallen aan te bevelen om met de basisprogramma's I en II te beginnen.

2.2 BEHANDELING MET DE I-LIGHT EN DE I-MATRIX

2.2.1 DE HARDWARE.

De voor de huidmodule ontwikkelde instrumenten zijn de i-LIGHT (een zeer krachtige LED-kleurenstraler) en de i-MATRIX: een zeer compact kastje waarin een vacuumpomp (i-VAC), een gelijkstroom-modulator (i-ON) en een magneetveldgenerator zijn ingebouwd. De i-VAC zorgt voor digitaal aangestuurde ritmische zuiggolfmassage met glazen cups; de gemoduleerde gelijkstroom uit de i-ON wordt op het lichaam toegepast met staaf-elektroden of met een dermaroller. De magneetveldfrequenties worden op het lichaam toegepast met een rode Beamer.

De accu van de i-LIGHT wordt opgeladen met de bijgeleverde 5 Volts-acculader via het lichtnet. Als het huidprogramma is gestart en beide kastjes naar behoren zijn aangesloten op de laptop, worden de benodigde Raymedies op het juiste moment gedownload naar de i-LIGHT door middel van de bijbehorende USB-antenne.

Ook het i-MATRIX apparaat, bestemd voor gemoduleerde gelijkstroombehandeling, ritmische zuiggolfmassage en magneetveldbehandeling, wordt gevoed door het lichtnet. De gemoduleerde gelijkstroom- en magneetveldsignalen worden automatisch gedownload door middel van een staafvormige antenne aan de achterzijde van dat kastje.

2.2.2. DE SOFTWARE.

De juiste keuze, volgorde en behandelduur van de te gebruiken Raymedies bij de cosmetische interventies wordt automatisch aangegeven als gevolg van de doorgevoerde huidweerstandsmetingen. U hoeft slechts de instructies op uw computerscherm te volgen. De behandelingsignalen, Raymedies genoemd, zijn zowel beschikbaar in kleursequenties als in gemoduleerde gelijkstroomsignalen en magneetveldsignalen. De kleursequenties worden toegepast met de i-LIGHT, de gemoduleerde gelijkstroomsignalen met de i-ON en de magneetveldsignalen met de Beamer.

De Energy Skin Care module beschikt over een aantal protocolmogelijkheden, afhankelijk van de persoonlijk aanwezige cosmetische problematiek.

Zo kan voor het Energy Skin Care Revitalisatie protocol gekozen worden, dat vaak al na één keer tot zichtbare en voelbare resultaten leidt.

Daarnaast zijn er specifieke protocollen voor de behandeling van cellulite van billen, heupen en benen, rimpels, acne, huidverjonging van gezicht en hals, en "special solutions" voor de behandeling

van nek-schouder cellulite, littekens, striae, moedervlekken, (de)pigmentaties, couperose, acne, couperose/rosacea, “besenreiser”, buik, detox, en een demo-programma.

2.2.3 OPBOUW VAN DE PROTOCOLLEN

Alle protocollen hebben dezelfde opbouw en integratie van techniek en uitvoering als de beide basisprogramma's, maar met het accent op de probleemgebieden.

In sessies van 60-90 minuten worden gezicht, rug, buik, borst en benen aangenaam, uitvoerig, grondig en effectief door 4 stadia gevoerd:

1. Matrixregulatie
2. Revitalisatie/regeneratie
3. Eliminatie
4. Consolidatie


Het is juist deze opbouw en integratie van technieken die ervoor zorgt dat de noodzakelijke stimulatie van fibroblasten en collageen, nodig voor revitalisatie en huidverjonging, gelijktijdig gepaard gaat met ontzuring, ontslaking en circulatieverbetering, om het zichtbaar bereikte resultaat te behouden.

2.2.4 MATRIXREGULATIE

In basisprogramma I wordt voorbereidend werk verricht op het onderhuidse bindweefsel, ook wel de Matrix, het BBRS (Basis Bio Regulatie Systeem) of het Grondsysteem van Pischinger genoemd.

Dit systeem is in hoge mate verantwoordelijk voor de instandhouding van de homeostase, het interne biologische evenwicht door continue aanpassing aan externe veranderende omstandigheden. Daarmee worden o.a. temperatuur, bloeddruk, bloedsuikerspiegel, weerstand en zuurgraad op peil gehouden. Van essentieel belang is het behandelen van de Back-Shu- of YÜ-punten op de rug, die deel uitmaken van de binnenste tak van de Blaasmeridiaan, en corresponderen met specifieke dermatomen van desbetreffende organen. De juiste keuze van die punten wordt automatisch bepaald en getoond door het programma, als gevolg van de uitgevoerde metingen vooraf. De tabel hieronder toont de relaties tussen de back-Shu punten, organen, bindweefselzones, en hun locatie. De kleuring van de punten in het plaatje zijn overeenkomstig de 5 elementen: Metaal (B13 en B25) grijs, Hout (B18 en B19) groen, Vuur (B14,15,22 en 27) rood, en Water (B23 en B28) blauw.

NAAM	ORGAAN	ELEMENT	BINDWEEFSELZONES	LOCATIE
B13	Longen	Metaal	Longen, bronchien, pleurae, borsten	ICR 3
B14	Pericard	Vuur	Galblaas, maag en milt	ICR 4
B15	Hart	Vuur	Lever, maag, zonnevlecht, bloed.	ICR 5
B18	Lever	Hout	bijnieren	ICR 9
B19	Galblaas	Hout	Nieren, darmwand en vasculaire wand	ICR 10
B20	Milt/Pancreas	Aarde	Nieren, blaas, urethra, prostaat	ICR 11
B21	Maag	Aarde	Dunne darm, ovaria, lymfcirculatie	Onder de 12 ^e rib
B22	Drievoudige Verwarmer	Vuur	Colon, liezen	Tussen L1 en L2
B23	Nieren	Water	Appendix, onderbuik, bovenbenen	Tussen L2 en L3
B25	Dikke darm	Metaal	Prostaat, Onderbenen, enkels, voeten, tenen	Tussen L4 en L5
B27	Dunne Darm	Vuur	Heupen, bekken, billen	Naast onderrand S1
B28	Blaas	Water	Heupen, bekken, billen	Naast onderrand S2



De Matrix-regulatie vindt plaats in 3 fasen:

- Frequentiegemoduleerde phorese met dermaroller van de **i-ON** voert gelijkstroom door het lichaam op zones en met frequenties die het lichaam zelf heeft gekozen op basis van de

metingen vooraf. Deze zones bevinden zich vooral op het gezicht, de rug en op probleemgebieden. Daardoor worden detox-reacties in werking gezet door sterke verbetering van de doorbloeding, ontzuring (alkaliserend) door afvoer van H-ionen, en “*last but not least*”: opmerkelijke versteviging, verjonging en elasticiteitsverbetering van de gezichtshuid en het onderhuids bindweefsel, door stimulatie van de fibroblasten-aanmaak.

- b. Direct daarna wordt de homeostase krachtig ondersteund door de inzet van de ***i-MATRIX***: ritmische zuiggolfmassage activeert de celstofwisseling, de lymfcirculatie, de capillaire doorbloeding, heft verklevingen en verhardingen op in huid en het onderhuids bindweefsel, en geeft zowel hormonale als neurale regulatie door vegetatieve terugkoppeling van de hierboven genoemde lichaamsegmenten met het Autonome Zenuwstelsel.

Afhankelijk van de voorafgaande metingen worden alle rugsegmenten behandeld, vanaf het achterhoofd naar het heiligbeen, of omgekeerd, met nadruk op de door het lichaam zelf geselecteerde segmenten en punten, en met behulp van constitutiebepaalde synergieën van etherische oliën. De codes daarvan zijn als volgt:

ELEMENT	ENERGIE-OVERSCHOT	ENERGIE NORMAAL	ENERGIEGEBREK
HOUT	HO 03 (hyper)	HO 02 (normaal)	HO 01 (hypo)
VUUR	VU 03 (hyper)	VU 02 (normaal)	VU 01 (hypo)
AARDE	AA 03 (hyper)	AA 02 (normaal)	AA 01 (hypo)
METAAL	ME 03 (hyper)	ME 02 (normaal)	ME 01 (hypo)
WATER	WA 03 (hyper)	WA 02 (normaal)	WA 01 (hypo)

- c. Tenslotte worden dezelfde geselecteerde segmenten nabehandeld met de ***i-LIGHT***: de zeer krachtige LED-kleurenstraler brengt met constitutiebepaalde kleursequenties een sterke fotomodulatie teweeg van de mitochondriën, van de DNA-synthese, en van het fotontransport door cellen, huid-, bindweefsel en spierweefsel. De batterijen van al deze organismen worden hierdoor letterlijk opgeladen, wat de veerkracht, glans en stevigheid van de huid direct zichtbaar ten goede komt. De *i-LIGHT* heeft behalve stressregulatie, zowel een harmoniserend, deblokkerend, ontspannend als een sterk revitaliserend effect, afhankelijk van de geselecteerde zones. Contra-indicaties voor het gebruik van de *i-LIGHT* zijn: voorgeschiedenis van epilepsie, en directe blootstelling van het licht aan de ogen.

2.2.5 REVITALISATIE/REGENERATIE VAN HET GEZICHT: “DE GALVANISCHE FACELIFT”.

Basisprogramma II begint met behandeling van de nekwervels, met achtereenvolgens de *i-ON*, de *i-VAC* en de *i-LIGHT*. Deze behandeling activeert de dermatomen (huidzones) van het gezicht. De drie metingen vooraf zijn nodig om zowel de gezichtszones te selecteren die corresponderen met de zwakste meridaan, als ook de daarbij behorende frequenties die een directe “galvanische facelift” mogelijk maken.

De reeds onder 1. genoemde indirecte ontzuring, doorbloedings- en elasticiteitsverbetering via de dermatomen op de rug wordt nu op de probleemzones van het gezicht zelf toegepast. Dat gebeurt met knop- en roelectrodes van de i-ON.

Daarna vindt lymfdrainage en bindweefselmassage van gezicht en hals plaats met behulp van de i-MATRIX. De vereiste weefseldiepte en het beoogde verstevigings- en drainage-effect wordt bereikt door instelbare vacuümkracht en puls frequentie via de programma software van de computer, samen met constitutiebepaalde complexmiddelen van etherische oliën.

-Tot slot wordt het fotonentransport en de DNA-synthese van het gehele gezicht gestimuleerd door kleursequenties die eveneens met de zwakst gemeten meridiaan corresponderen, met de i-LIGHT.

2.2.6 ELIMINATIE: BINDWEEFSEL- EN LYMFDRAINAGE VAN DE BUIKZONES

Met behulp van zuiggolfmassage (i-VAC) en constitutiebepaalde synergieën van etherische oliën vindt lymfdrainage plaats van de eliminatiezones van buik en borst.

Ook hieraan gaat een meting vooraf, om de momentane energiehuishouding van het constitutie-element vast te kunnen stellen. Aan de hand van het energie-exces of energietekort van het constitutie-element wordt namelijk de bewegingsrichting van de zuiggolfmassage vastgesteld.

- Bij energie-exces van het constitutie-element ligt het accent op de benedenwaartse richting.
- Bij normale of te lage energie van het constitutie-element ligt het accent op de bovenwaartse richting.

2.2.7 CONSOLIDATIE MET MAGNEETVELDFREQUENTIES EN INFRAROOD

In de laatste fase van ieder behandelprotocol krijgt de cliënt de gelegenheid om tot rust te komen, en tot vegetatieve naregulatie te komen van de effecten van matrixregulatie, gezichtsrevitalisatie en eliminatie. Met behulp van een laatste meting wordt de invloed ervan op het constitutie-element zichtbaar gemaakt. Het programma berekent daaruit het benodigde magneetveldsignaal om die vegetatieve na-regulatie in goede banen te leiden.

Dat regulerende signaal wordt met de rode Beamer (het EM-zendertje) op de borst, de buik of in de nek toegediend. Met de magneetveldsignalen wordt zowel de micro- als de perifere circulatie geactiveerd, wat fysiek een diep gevoel van ontspanning en rust teweegbrengt. De magnetische inductie heeft verder effect op de celmembranen en de celstofwisseling, de vaatwanden, de neurotransmitterhuishouding en het bindweefsel.

3. DE JUISTE PROTOCOLKEUZE MAKEN

3.1 WANNEER WELK PROTOCOL TOEPASSEN?

Dit vereist een genuanceerde blik op het diagnosticeren van je cliënt.

In de meeste gevallen is het aan te raden om te starten met regeneratieprotocol 1 (algemene ontgiftiging), en na een week tussentijd te vervolgen met regeneratieprotocol 2 (gezichtsbehandeling).

Daarnaast zijn er specifieke protocollen voor de behandeling van cellulitis, rimpels, rejuvenation, acne, en “special solutions” voor aandoeningen als . allergie, couperose, eczeem, littekens, (de)pigmentatie, psoriasis, en rosacea . Alle protocollen hebben dezelfde opbouw en integratie van technieken die zorgen voor de nodige stimulatie, en vrije doorstroming van de levensenergie Qi door het opheffen van blokkades. Dit is noodzakelijk voor het bereiken van het gewenste resultaat waarbij tegelijkertijd ontzuurd en ontslakt wordt. Dat resultaat bestaat uit:

- Verbetering van het reparatievermogen van de huid
- Verhoging van de celactiviteit en de celstofwisseling
- Stimulering van de doorbloeding
- Stimulering van de fibroblasten
- Verbetering van de waterbinding in de huid
- Verbetering van de grondsubstantie van het bindweefsel
- Verbetering van het huidoppervlak
- Verbetering van het onderhuidse bindweefsel
- Vervaging van fijne lijntjes en minder diep worden van diepe rimpels
- Verbetering van de huidstofwisseling
- Verfijning van de poriën

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de protocol-keuzemogelijkheden

Huidconditie	Eventuele oorzaak	Welke protocol?
Droge en schilferige huid	Onvoldoende verwerking van vocht en afvalstoffen	Basisprogramma I en II Rejuvenation
Trekkende huid	Vochttekort	Basisprogramma I en II Rejuvenation
Snel vlekkerige en geïrriteerde huid	Weinig bescherming, verhoogde pH, slechte verhouding vocht en vet	Basisprogramma I en II Rejuvenation
Vale huidteint	Slechte doorbloeding	Basisprogramma I en II Rejuvenation
Slechte genezing	Verminderde werking van de fibroblazen	Basisprogramma I en II Rejuvenation
Rimpels	Cellagen sluiten niet meer aan	Basisprogramma I en II Rimpel
Intensivering van de neus lippenplooi	Vochtverlies op de konen, verminderde kracht van elastinevezels, zwaartekracht	Basisprogramma I en II Rejuvenation Rimpel
Kringen om de ogen	Vermindering in afvoer van afvalstoffen + te weinig aanvoer van zuurstof en voedingstoffen	Basisprogramma I en II Rejuvenation
Voorhoofdrimpels	Scheurtjes in het bindweefsel	Basisprogramma I en II Rejuvenation Rimpel
Fronsrimpels	Verklevende huidlagen	Basisprogramma I en II Rimpel
Rimpels op wangen	Scheurtjes in het bindweefsel	Basisprogramma I en II Rejuvenation Rimpel
Couperose	Kalkafzetting tegen de vaatwandjes, waardoor de wijder geworden haarvaatjes verstarren	Basisprogramma I en II Couperose Rejuvenation
Onregelmatige pigmentatie	Algehele verslechtering van de huidconditie en vet en vochtbalans	Basisprogramma I en II Rejuvenation
Rimpels bovenlip	Lichnificatie	Basisprogramma I en II Rejuvenation Rimpel

Acne vulgaris	Androgene hormonen, verhoorning, bacteriegroei, uitwendige factoren	Basisprogramma I en II Acne
Cellulitis	Hormonen, toename en verkleefing van vetcellen, ophoping vocht- en afvalstoffen	Basisprogramma I en II Cellulitis

3.2 CONTRA-INDICATIES

Er zijn een aantal voorbeelden te noemen waarbij het beter is geen of gedeeltelijk geen huidprotocol toe te passen, namelijk:

- Bij brandwonden en open wonden
- Huidinfecties, virale en bacteriële huidziekten
- Zweren of andere vormen van besmettelijke huiduitslag
- Ernstige organische en/of besmettelijke ziekten
- Tijdens zwangerschap is het niet gewenst om gebruik te maken van de elektromagnetische stimulatie
- Idem voor een cliënt die een pace-maker heeft
- Idem voor een cliënt met een geïmplanteerde defibrillator
- Idem voor een cliënt met verhoogde kans op thrombose
- Idem voor een cliënt met een geïmplanteerd gehoorapparaat
- Voor iemand met epilepsie geen i-LIGHT op gelaat

4. BEHANDELONDERDELEN NADER BELICHT

4.1 BEHANDELING VAN HET BINDWEEFSEL

4.1.1 INTRODUCTIE

Het bindweefsel is in feite ons grootste orgaan. Het bevindt zich onder de huid, rondom en tussen cellen en organen. Als zelfstandig systeem wordt het ook wel B.B.R.S. (Basis-Bio-Regulatie Systeem), de Matrix of het systeem van Pischinger genoemd. Samen met de extracellulaire vloeistof omvat het bindweefselstelsel meer dan 60 % van het totale menselijke weefsel, en regelt het alle levensprocessen zoals ademhaling, doorbloeding, energiehuishouding, stofwisseling, temperatuur, en zuurbasen evenwicht.

Via het bindweefsel vindt permanente uitwisseling plaats tussen het centrale en autonome zenuwstelsel, de hormoonhuishouding en het afweersysteem.

Verspreiding van de informatie-uitwisseling door het gehele lichaam gebeurt via neurotransmitters, en metabole, immuunregulerende en endocriene stoffen. Alle primaire tegenmaatregelen tegen ziekteveroorzakende factoren als kou, wind, hitte, vocht, ontstekingen, letsels, littekens, bacteriële, virale en schimmelinfecties, vreemde voorwerpen en littekens worden in het bindweefselstelsel genomen.

Levensomstandigheden, leefstijl en –gewoonten, voeding en levensinstelling spelen een vitale rol bij de effectiviteit van deze autonome zelf-regulatie.

Biochemische vervuiling van het bindweefsel door permanente overbelasting vormt een van de belangrijkste factoren bij chronische ziekten.

Omgekeerd is grondige ontgifting van het bindweefsel de eerste stap op de weg terug naar vitaliteit en gezondheid.

4.1.2 BINDWEEFSELZONES: EEN INTEGRAAL BEHANDELGEBIED

Chronische veranderingen in het bindweefsel door permanente ontregeling kan in de huid kunnen worden waargenomen in bepaalde zones, door verkleuringen, structuur- en temperatuurverschillen, en intrekkingen in het onderhuids bindweefsel. Deze zones hebben via segmentale innervatie een relatie met inwendige organen.

De relatie tussen bepaalde inwendige organen en huidzônes is al omstreeks het jaar 1900 ontdekt door de Engelse neuroloog Head. Deze zones worden daarom ook wel “Head’s zones” genoemd.

Door het integraal behandelen van deze **bindweefselzones** (gelegen onder de huid) worden hiermee corresponderende lichaamsdelen hormonaal, neurale en immunologisch beïnvloed. Alle inwendige organen en andere delen van het lichaam hebben een projectiegebied op het bindweefsel vlak onder de huid.

4.1.3 HET ONTSTAAN VAN BINDWEEFSELZONES

Tijdens de embryonale ontwikkeling ontstaat een segmentale opbouw. Het lichaam van gewervelde organismen bestaat uit elkaar opvolgende “schijfjes” van dezelfde samenstelling. Deze “schijfjes” noemen we segmenten. De oersegmenten, ook wel somieten genoemd, bevatten verschillende structuren, waaruit later in de ontwikkeling specifiek weefsel ontstaat.

Sclerotoom	hieruit vormt zich het botweefsel
Myotoom:	hieruit vormt zich het spierweefsel
Dermatoom:	hieruit vormt zich de huid
Vasotoom:	hieruit vormen zich de bloedvaten
Viscerotoom:	hieruit vormen zich de inwendige organen
Neurotoom:	hieruit vormt zich het zenuwweefsel

Één segment bevat dus al deze structuren, waardoor begrijpelijk wordt, dat elk huid-, spier-, bot-, zenuw-, bloedvat- en orgaandeeltje zijn oorsprong vindt in een deel (segment) van de wervelkolom en het ruggenmerg.

4.2 LYMFEDRAINAGE EN BINDWEEFSELMASSAGE

De lymfedrainage en bindweefselmassage van het gehele bindweefselsysteem vindt plaats met behulp van zuig golfmassage met specifiek ritmisch wisselende onderdruk. Dit bevordert de bloedcirculatie, de extracellulaire stofwisseling, de retourcirculatie van het lymfvocht, de bloedcirculatie, alsmede de afvoer van interstitiële (bindweefsel) afvalstoffen, waardoor alle weefsels volledig worden gezuiverd en de huid tot in de diepte gereinigd wordt.

Door systematische en integrale toepassing van lymfedrainage en bindweefselmassage wordt versnelde en voortijdige veroudering een halt toegeroepen en voelt men zich na elke behandeling zeer ontspannen en uitgerust.

4.3 REVITALISATIE/REGENERATIE

Indirecte ontzuring, doorbloedings- en elasticiteitsverbetering gebeurt via segmentaal corresponderende gelaatszones met de i-ON

Lymfedrainage en bindweefselmassage van gezicht en hals m.b.v. de i-VAC.

Nabehandeling van het gelaat met de i-LIGHT geeft stimulatie van het fotonentransport en de DNA synthese door kleursequenties.

4.4. LOCALISATIE GELAATZONES

TEGEN DE HAARGRENS

Deze zone is gerelateerd aan de blaasenergie, waarbij horizontale rimpels het gevolg kunnen zijn van te veel aan vocht door een zwakke nier en blaas energie, terwijl een schilferende droge huid tegen de haargrens kan duiden op een zwakke blaasenergie.

MIDDENGEDEELTE VOORHOOFD

Deze zone is gerelateerd aan de dunne darm. Slechte spijsvertering door enzymproblemen zijn vaak het gevolg van onvolledige afvoer van afvalstoffen. Dat kan rimpels en puistjes veroorzaken in deze zone. Het is aan te bevelen de uitscheiding te verbeteren door voedingscorrectie, meer beweging en meer water te drinken. Buiten erfelijke factoren kan teveel piekeren door chronische problemen met het stellen van prioriteiten en het maken van keuzes aanleiding zijn tot rimpelvorming.

Een wit of rood voorhoofd kan duiden op een ontregelde bloedcirculatie of emotionele disbalans. Bij dat laatste is dikwijls ook de hart energie betrokken.

SLAPEN

Deze zone is gerelateerd aan de galblaas. Huiduitslag op dit gedeelte wijst op ophoping van afvalstoffen in de vethuishouding, en mogelijke frustraties als gevolg van te hoge verwachtingen en ongeduld.

ZONE TUSSEN DE WENKBRAUWEN

De leverzone en verticale rimpels in deze zone kunnen wijzen op overvoeding, te laat eten, teveel alcohol, stress en emotionele disbalans door opgehoopte en ongeuite boosheid en onmacht

ZONE VAN DE OGEN

Het gebied direct onder de ogen is gerelateerd aan de nierenergie. Blauwzwarte oogwallen duiden een slechte nier en blaas energie. Deze donkere kringen zijn vaak erfelijk en hebben te maken met dehydratatie, vochtophoping en een slechte waterige uitscheiding. Het gebied boven de ogen is gerelateerd aan de milt energie. Vochtwallen boven het oog duiden vaak op chronische problemen met de milt- en alveesklieerenergie, dus de koolhydraatvertering en de suikerhuishouding. Geelbruine vetwallen duiden op een gebrekkige lever- en galblaasenergie. Grote grauwe oogwallen duiden op oververmoeidheid, stress en een verstoring in de bloedcirculatie.

NEUS

De neus staat via de ademhaling in verbinding met de longenergie.

Het puntje van de neus en de neusbrug is gerelateerd aan de hart energie. Een rode neus met verwijde bloedvaatjes duidt op een verstoring in de bloedcirculatie, met mogelijke problemen met de bloeddruk. Ontregelde hartenergie is vaak het gevolg van chronische voedingsproblemen

NEUSLIPPENPLOOI

Deze zone is gerelateerd aan de dikke darm. Huiduitslag of een diepe plooi langs de neus geeft vaak een ophoping aan van gif- en afvalstoffen door een gebrekkige dikke darmfunctie.

WANGEN

Rimpels op de jukboog kunnen duiden op een balansverstoring in de longenergie.

Het gedeelte net boven de jukboog onder de nierzone is de maagzone.

Gevoelige rode couperose wangen kunnen een disbalans zijn in de long-, maag-, milt- en/of hartenergie. Lichte zwellingen kunnen het gevolg zijn van een verstoring in de dikke darm energie

MONDZONE

De huid rondom de mond is gerelateerd aan de circulatie meridiaan.

Verticale rimpeltjes om de mond duiden op hormonale verstoringen

Puistjes in de mondhoeken kunnen duiden op een verstoring in de hartenergie en/of dikke darm energie

KIN

Deze zone is samen met de oogzones gerelateerd aan de nieren. Ontstekingen en verstoppingen duiden op een teveel aan afvalstoffen in de nieren en een slechte vochtcirculatie. Ook hormonale verstoringen met name rondom de menstruatie komen op de kin tot uiting. Overmatige haargroei op de kin duidt vaak op hormoonschommelingen. Ook kan een onzuivere huid op de kin samenhangen met een slechte darmwerking.

LATERALE KAAKHOEK

De zone op de kaakhoek is gerelateerd aan de galblaasenergie.

HALS

Rode vlekken of een onzuivere huid met puistjes in de hals zijn vaak te wijten aan het stresshormoon cortisol. Huiduitslag in de nek, hals of borstgebied zijn vaak het gevolg van een emotionele disbalans en een long- en bloedsomloop verstoring.

SCHEMA GELAATZONES

Gelaatzones	Localisatie	Raymedy
Blaaszone	Gebied tegen de haargrens	Renastimutron
Nierzone	Gebied direct onder de ogen Gebied op de kin	Renastimutron
Leverzone	Gebied tussen de ogen	Hepastimutron
Galblaaszone	Gebied op de slapen Gebied op de kaakhoek	Hepastimutron
Hartzone	Puntje van de neus Neusbrug	Corstimutron
Dunne darmzone	Middengedeelte voorhoofd	Lienostimutron
Circulatie zone	Rondom de mond	Thalastimutron
Drievoudige verwarmers	Hoek van de buitenkant wenkbrauw	Corstimutron
Maag zone	Wanggedeelte boven de jukboog	Lienostimutron
Miltzone	Boven oogleden	Lienostimutron
Longzone	Jukboog, neusvleugels	Pneumastimutron
Dikke darmzone	Neuslippenplooi	Pneumastimutron

4.5 ELIMINATIE VIA DE BUIK EN DE BORST

4.6. CONSOLIDATIE

De laatste fase in de behandeling met het huidprotocol is consolidatie met magneetveldfrequenties. In deze fase krijgt je cliënt de gelegenheid om tot rust te komen, en de effecten van de behandeling te laten bezinken en tot naregulatie van het constitutie-element zichtbaar gemaakt. Het programma berekent op basis van de laatste meting het juiste magneetveldsignaal. Dit regulerende signaal wordt met de rode Beamer (het EM zendertje) op de borst, de buik of in de nek toegediend.

LOCALISATIE ACUPUNCTUURPUNTEN VOOR CONSOLIDATIE

RM-3	op de ventrale mediaanlijn 1 cun boven het schaambeen
RM-8	in het midden van de navel
RM-12	op de ventrale mediaanlijn, halverwege de navel en de onderkant van het borstbeen
RM-17	op de ventrale mediaanlijn, t.h.v. de 4 ^e ICR, in het midden van het borstbeen, tussen de tepels
DM-14	op de dorsale mediaanlijn, in het kuiltje onder C7 (t.h.v. de nek-schouderlijn)

4.7 STARTEN VAN HET ENERGY SKIN CARE-PROGRAMMA

Om optimale resultaten te verkrijgen, verdient het aanbeveling om elk Skin Care programma te beginnen met een Infraroodbehandeling van het gezicht, gedurende 8 minuten.

DE TDP LAMP

De **TDP mineral lamp** is van oorsprong een Chinese uitvinding. Het is een medisch geklassificeerd langgolvig infrarood apparaat (FDA Class II in de Verenigde Staten).



Terwijl de meeste warmtelampen kortgolvig (zichtbaar) infrarood licht uitstralen, maakt de TDP lamp gebruik van een specifieke langgolvig infrarood bandbreedte (tussen 2-50 micron). Deze bandbreedte komt overeen met de weldadig aanvoelende warmte van warme klei pakkingen zoals ze van oudsher worden toegepast in de balneotherapie. Analyse van de klei en uitvoerige experimenten hebben uiteindelijk geleid tot de ontwikkeling van de

TDP lamp, als een elektronische vervanging van moxatherapie. Bovendien verhit de infrarood straler een plaat die is voorzien van een unieke coating van 33 sporenelementverbindingen, zoals die ook voorkomen in het menselijk lichaam.

Omdat het lichaam langgolvig infrarood veel beter absorbeert dan andere warmtebronnen, kan het mogelijk ontbrekende of onvoldoende aanwezige hoeveelheden sporenelementen aanvullen.

Klinisch onderzoek heeft bevestigd dat de combinatie van langgolvig infrarood met de emissie van lichaamseigen sporenelementen de microcirculatie verhoogt, de stofwisseling in balans brengt, specifieke enzymactiviteiten, immuunfuncties, celgroei, celherstel en huidregeneratie bevordert, en bindweefselverklevingen losmaakt om de natuurlijke genezingsprocessen van het lichaam te stimuleren.

TDP is de afkorting van "Teding Diancibo Pu" wat vrij vertaald neerkomt op een specifiek elektromagnetisch spectrum.

The TDP mineralen lamp is een Chinese uitvinding uit 1978 en in China gepatenteerd in 1992

Het wordt wereldwijd gebruikt door artsen en therapeuten uit zowel de reguliere geneeskunde als door TCM-specialisten, acupuncturisten en therapeuten voor 30 verschillende aandoeningen.

ACTUELE VERANDERINGEN IN DE ENERGY SKIN CARE MODULE PER 15 FEBRUARI 2011

HARDWARE

Levering van een extra zwarte kabel.

Ervaringen uit de praktijk lieten een duidelijk versterkt huidlift-effect tijdens en na een galvanische i-ON-behandeling zien, wanneer beide staaf-elektroden dezelfde (negatieve) polariteit hebben. Als gevolg daarvan blijft de ionen-uitwisseling niet beperkt tot het lokale behandelgebied, maar breidt zich uit tot de (positieve) nul-elektrode aan de pols. De stekker van de 2^e zwarte kabel sluit u daarvoor eenvoudig aan op de stekker van de eerste zwarte kabel.

SOFTWARE

De raymedy Acidiatron is in alle skin care programma's vervangen door een nieuwe alkaliserende raymedy.

De juiste volgorde van gezichts-lymfdrainage en gezichtsbindweefselbehandeling met i-VAC wordt voortaan numeriek aangegeven op de daarbij behorende afbeeldingen.

De schermteksten met de bijbehorende uitleg zijn in alle programma's aanzienlijk uitgebreid.

Het ACNE 2 programma (voor de zwaardere acne problemen op rug en borst) is geactualiseerd en verplaatst naar Special solutions.

SPECIAL SOLUTIONS is uitgebreid met de volgende programma's:

STRIAE

COUPEROSE/ROSACEA

BESENREISER (SPIDER VEINS)

NEK-SCHOUDEUR CELLULITE

In deze vier toegevoegde programma's wordt vooral de nadruk gelegd op de typisch capillaire bindweefselzwakte van deze aandoeningen. Daartoe zijn extra raymedies toegevoegd.

TOEGEVOEGDE SYNERGISTISCHE KOSMETIKA-PRODUKTEN

Voor een optimaal behandelingsresultaat bevelen we synergistische cosmetica-producten aan, die online www.907.pm-international.com of telefonisch via mevrouw Itt (Raber) in Luxemburg besteld kunnen worden: Tel: 00352 621 140 737

- **RESTORATE** om de behandelde huidgebieden te remineraliseren en te alkaliseren
- **ACTIVIZE OXYPLUS**, voor verbetering zuurstofvoorziening en doorbloeding
- **Q10 DRUPPELS** voor verbetering van de celfunctie en de cel regeneratie
- **Beauty Line 12 h Active Serum** voor optimaal resultaat bij de anti-rimpelbehandeling
- **CC CELL LOTION** om de cellulite behandelingen te optimaliseren. Deze lotion werkt sterk verwarmend en doorbloedingsbevorderend op het vetweefsel en het bindweefsel

Deze producten in combinatie met i-ON behandelingen toonden zo'n opmerkelijk synergistisch behandelingsresultaat dat we besloten hebben om het gebruik ervan te integreren met de behandelprotocollen.

Aloe vera mengverhoudingen voor i-ON toepassingen:

- ***Voor alle programma's: Aloë vera + Restorate (2 eetlepels : 1 afgestreken theelepel)***
- ***Acne: Aloë vera + Q10 (1 eetlepel : 7 druppels)***
- ***Rejuvenation, acne, anti-rimpel en bijzondere programma's: Aloë vera + Q10 + Beauty Line 12h Active Serum (1 eetlepel : 7 druppels : 6 sprays)***
- ***Cellulitis: Aloë vera + CC Cell Lotion (1:2)+ 1 theelepel kaneel + 1 theelepel Activize Oxy Plus***

Het programma zelf start door na de derde meting opnieuw op de voortgangsknop te drukken. Dan verschijnt automatisch het ontzuringprotocol van de huidmodule, bedoeld om mee te geven aan uw cliënt. Het verdient aanbeveling, dat protocol minstens een week voorafgaand aan het eerste consult aan uw cliënt verzonden te hebben ter voorbereiding. Klik vervolgens op de pijl rechtsonder om in het keuzemenu van de huidmodule te komen.

DE KUNST VAN HET GEZOND OUD WORDEN

Wat kunnen wij voor u doen?

Het NCC Huidprogramma blijkt zeer effectief te zijn in gevallen van vroegtijdige veroudering, cellulitis, rimpels, en specifieke huidproblemen als acne, eczeem, psoriasis en rosacea.

Het programma heeft een sterk verjongend en revitaliserend effect op de huid, omdat het van binnenuit naar de huid toe werkt. Het begint waar het van nature hoort te beginnen: met het lichaam zelf te vragen wat het echt nodig heeft om te herstellen, door middel van *EDA: Electro Dermal Assessment*. Deze subtiële galvanische huidweerstandsmeting brengt de energietoestand van het meridiaansysteem in kaart op een solide, objectieve, betrouwbare en gemakkelijk uit te voeren manier.

Klachten zonder duidelijke aanwijsbare oorzaak en regulatieproblemen als gevolg van energieoverschot, energiegebrek, chaotische of geblokkeerde energie worden binnen een paar minuten zichtbaar. Bovendien wordt aan de hand van de drie beginmetingen duidelijk wat uw persoonlijk energieprofiel is, en uw energetische constitutietype volgens het klassieke Chinese concept van de 5 elementen: Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water.

Uit de testresultaten stelt het i-Health Skin Care Programma een individueel en compleet geïntegreerd behandelprogramma samen, gebaseerd op frequentie gemoduleerde microstromen en magneetvelden, zuigolfmassage met specifieke essentiële oliesamenstellingen, en persoonlijk afgestemde reeksen gekleurd licht met een zeer krachtige LED-lamp. Alle probleemoplossende programma's hebben dezelfde opbouw, van binnenuit naar het huidoppervlak.

- *Regeneratie* van de matrix, het bindweefselstelsel dat de zuurgraad regelt door balans te houden tussen voedingsaanbod en afvalstoffen, door behandeling van huidzones en punten op de rug
- *Revitalisatie* van de gezichtshuid, door behandeling van specifieke gezichtszones.

continue

Nu verschijnt het keuzemenu:

Please select protocol.
Click the image to start.



SKIN CARE PROTOCOL



REJUVENATION



ANTI-WRINKLE



ACNE



CELLULITIS



SPECIAL SOLUTIONS

Het is aan te bevelen, om eerst met het skin care protocol (regeneratiebehandeling) te beginnen. Als u hiervoor kiest, door te klikken op het meest linkse plaatje, verschijnt direct het volgende scherm:

Aanduiding element-type, energiehoeveelheid, naam van zwakste meridiaan



Keuzemogelijkheid voor skincare protocol 1 (algehele ontgifting en regeneratie) of 2 (gezichtsrevitalisatie)

Select

1

2

back
continue

5. DE PROTOCOLLEN NADER BELICHT

5.1 SKIN CARE I: LICHAAMSREGENERATIE: ONTGIFTING VAN HET BINDWEEFSEL- EN LYMFESYSTEEM

5.2 SKIN CARE II: GELAATSREGENERATIE: ONTGIFTING EN REVITALISATIE VAN DE GELAATSZONES

5.3 REJUVENATION PROTOCOL

5.4 ANTI-RIMPEL PROTOCOL

5.5 ACNE PROTOCOL

5.6 CELLULITE PROTOCOL

5.7 SPECIAL SOLUTIONS

5.1. LICHAAMSREGENERATIE




5.1.1 SKIN CARE I: LICHAAMSREGENERATIE, STAP 1

Dat is de eerste stap van de matrix-regeneratie. Dat betekent gemoduleerde phorese (galvanisatie) met door het programma geselecteerde frequenties ("Raymedies") aan de hand van de uitgevoerde metingen.


De cliënt ligt op de buik. Vooraf brengt u een pakking aan op de rug met Aloe vera-gel en Restorate (verhouding: 2 eetlepels Aloe vera :1 afgestreken theelepel Restorate). Zet de schakelaar op "aan", en let erop dat de staaf-antenne is aangebracht. Bij gebrekkige draadloze verbinding, of ontbrekende stroomvoorziening verschijnt er een foutmelding op het scherm, die pas verdwijnt als u de juiste handelingen hebt verricht (zie plaatje). De raymedy "White" activeert u door op de RUN-pijl te klikken. Dan bestraalt u de aangegeven zones op de rug met de i-LIGHT, op ongeveer 10 cm afstand van de huid.

Sluit vervolgens de nul-electrode (+) en de dermaroller (-) aan op het i-MATRIX-kastje aan de voorzijde, en verbind de cliënt met de aangesloten nul-electrode. De stroomsterkte (amplitude) wordt aangepast door met de cursor over het verticale kolommetje rechts te bewegen. De stroom mag net niet voelbaar zijn. Klik vervolgens op het pijltje rechts vande bovenste Raymedy: in het bijgaand voorbeeld "Hepasanotron". Beweeg nu met de dermaroller vanuit het midden van de wervelkolom naar links en naar rechts over de aangegeven huidzones. De behandeltime per Raymedy is vooraf ingeprogrammeerd, maar u kunt de procedure per zone herhalen of voortijdig afbreken wanneer u dat wilt. Door op het pijltje rechts van de tweede Raymedy te drukken, wordt deze geactiveerd. Bent u met beide klaar, dan klikt u de vervolg-pijl aan rechtsonder aan het scherm.



-I-LIGHT:

- Aloe-mengsel aanbrengen**
- Raymedy activeren door op de "run" -pijl te klikken**
- Aangegeven huidzones behandelen met de i-LIGHT , op 10 cm afstand van de huid**
- op de vervolgpijl klikken om verder te gaan**




-I-ON:

- stroomsterkte instellen
- Raymedies activeren door op de “run” –pijl te klikken
- Dermaroller verbinden met de zwarte stekkerbus van de i-Matrix
- 0-elektrode verbinden met de rode stekkerbus
- Aangegeven huidzones behandelen met de dermaroller
- op de vervolgpil klikken om verder te gaan

5.1.2 LICHAAMSREGENERATIE, STAP 2


Nu verschijnt de instructie voor de tweede stap van de matrixregeneratie: pulserende zuiggolfmassage. Verwijder de restanten van de contactgel, en prepareer de rug met de gecodeerde olie zoals aangegeven op het scherm. Plaats in dit voorbeeld de vacuümglazen hoog in de nek, en zet het apparaat aan door te klikken op de kleine pijl rechtsonder. Volg de aanwijzingen op het scherm op. Als u klaar bent met deze procedure, klikt u op de grote vervolgpil.



- amandel-olie aanbrengen op de rug, vermengd met het op het scherm vermelde element-complexmiddel
- beide grote vacuümglazen symmetrisch bewegen aan weerszijden van de wervelkolom, in de aangegeven richting
- de aangegeven huidzones zijwaarts behandelen
- de zuiggolfmassage starten door op het “run”-pijltje te klikken
- doorgaan met het protocol door op de grote vervolgpil te klikken

5.1.3 LICHAAMSREGENERATIE, STAP 3

Nu bevindt u zich in de 3^e fase van de matrixregeneratie: behandeling van de aangegeven zones met de i-LIGHT. U activeert de Raymedies door het aanklikken van de pijl rechts van de Raymedies (“run”). Daarna klikt u weer op de grote vervolgpil.



- Behandel de aangegeven punten met de i-LIGHT, op een afstand van 10 cm.
- Start de behandeling door op het "run"-pijl te klikken rechts van de tijdbalk van de raymedies
- Doorgaan met het protocol door op de grote vervolgpijl te klikken


Nu wordt u gevraagd, om opnieuw een meting te verrichten. Druk opnieuw op de vervolgpijl



5109	Lo 11	3540
4937	Di 1	3498
4144	C 9	3926
3634	3E 1	4588
3383	H 9	4869
3419	Du 1	4873
4889	MP 1	4941
4726	Le 1	5086
4844	M 45	5852
4836	G 44	6827
4912	N 1	7203
4928	B 67	6319

5.1.4 ELIMINATIE, STAP 4

Door na de meting weer op de knipperende pijl bovenaan het scherm te klikken, vangt de 4^e fase aan van het matrix-regeneratieprogramma: de Eliminatiefase. Uw cliënt ligt op de rug, met ontblote buik. U brengt de olie met de juiste codering aan, en activeert de i-VAC door op de kleine "run"-pijl rechts onder te drukken. Begin met de kleine cups op de lymf-punten M11(7-8 vacuum-cycli), Le 3 (idem) en Le 8 (idem) De afbeeldingen van deze punten vindt u op de laatste pagina van deze handleiding. Daarna verwisselt u de kleine glazen voor de grote, en gaat u verder met de buikbehandeling zelf. Volg daartoe de aanwijzingen op het scherm.



ELIMINATIE, STAP 4:

- Cliënt in ruglig
- Voeg aan 30 ml amandel-olie 15 druppels olie toe van de aangegeven element-code (in dit geval AA-3)
- Breng voldoende olie aan op de behandelzones
- Neem in elke hand een vacuumcup, en beweeg vanuit de flanken naar het midden omhoog of naar omlaag -Klik op het "run" pijltje om de i-VAC te activeren
- Klik op de vervolgpijl om door te gaan


Opnieuw wordt u gevraagd, om een meting te verrichten, nadat u op de vervolgpijl heeft gedrukt. Druk na de meting opnieuw op de vervolgpijl.



Help		
Test 1 meridiaan Middelen instellen		
5109	Lo 11	3540
4937	Di 1	3498
4144	C 9	3926
3634	3E 1	4588
3383	H 9	4869
3419	Du 1	4873
4889	MP 1	4941
4726	Le 1	5086
4844	M 45	5852
4836	G 44	6827
4912	N 1	7203
4928	B 67	6319

5.1.5 CONSOLIDATIE, STAP 5

Nu begint de laatste fase: de consolidatiefase. U verbindt daartoe de stekker van de rode Beamer met het i-Matrix kastje, en plaatst de beamer op de aangeduide plek van de afbeelding. U activeert de juiste Raymedy door op de kleine “run”-pijl rechts van de genoemde Raymedy te klikken.



CONSOLIDATIE:

- Cliënt in ruglig
- Sluit de rode beamer aan op de i-MATRIX, en plaats de Beamer op de aangegeven plek
- Klik op het “run”pijlje om de Raymedy te activeren
- Klik op de vervolgpijl om door te gaan

Omdat vanwege de ontgiftende werking uw client afkoelingsverschijnselen kan vertonen, verdient het aanbeveling de buik na te verwarmen met de TDP lamp. Door na afloop weer op de vervolgpijl te drukken, bent u aan het eind van dit programma aangeland, en verschijnt op het scherm de tekst:

Protocoll is finished.

5.2 SKIN CARE 2: GELAATSREGENERATIE –DETOX EN REVITALISATIE VAN DE GEZICHTSZONES




Maak vooraf een mengsel van Aloe vera gel en Restore (verhouding: 2 eetlepels: 1 afgestreken theelepel) voor de nekbehandeling.

Het programma begint met een i-LIGHT behandeling met wit licht, om de resorptie van het alkaliserende en mineraliserende Restore te faciliteren. Om die reden is de toepassing van wit licht met de i-LIGHT voorafgaand aan de i-ON-behandelingen in alle behandelprogramma's geïntegreerd.

5.2.1 SKIN CARE II - GELAATSREGENERATIE, STAP 1A: I-ON BEHANDELING.


Begonnen wordt met het behandelen van de nekzones, met i-ON, i-VAC en i-LIGHT.

- Verbind de rode kabel met de rode stekkerbus aan de voorzijde van de i-MATRIX, en met met een vochtig zeemleren doekje via de manchet aan de pols van uw cliënt. Sluit de Dermalroller met de zwarte kabel aan op de zwarte stekkerbus van de i-MATRIX,
- Stel de juiste stroomsterkte in, en behandel de gehele nek met de Dermalroller met de eerste Raymedy. Dan even pauzeren, om op de zwarte kabel de stekker van uw tweede zwarte kabel aan te sluiten, en beide zwarte kabels te verbinden met twee platte staaf-elektrodes.
- Behandel nu de aangegeven zones van het bovenste nekgedeelte met de beide staaf-elektrodes symmetrisch vanuit het midden van de wervels naar links en rechts, zoals aangeduid met de daarbij behorende Raymedies.
- Verwijder daarna zorgvuldig de restanten van het Aloe-mengsel met een vochtige warme doek



i-ON VOORBEHANDELING MET I-LIGHT:


- Cliënt in buiklig
- Breng de gel-mix aan op de gehele nek
- Klik op het "run" pijltje om de Raymedy te activeren
- Richt de i-LIGHT op de gehele nek, met een afstand van 10 cm
- Klik op de vervolgpijl om door te gaan



i-ON SKIN CARE II STAP 1A

- Cliënt in buiklig
- Stel de juiste stroomsterkte in
- Klik op het "run" pijltje om de Raymedies te activeren
- Behandel de gehele nek met de eerste Raymedy en de Dermalroller
- Behandel daarna de zones met de 2 vlakke elektrodes
- Klik op de vervolgpijl om door te gaan


5.2.1 SKIN CARE II - GELAATSREGENERATIE, STAP 1B: I-VAC BEHANDELING.



i-VAC SKIN CARE II, STAP 1B


- Cliënt in buiklig
- Breng amandel-olie aan op de behandelzone, met toevoeging van enkele druppels van de juiste element-olie code (in dit geval AA-02)
- Klik op "run" om de i-VAC te activeren
- Gebruik de kleine vacuüm-glazen volgens de aanwijzingen
- Reinig de behandelzones
- Klik op de vervolgpijl om door te gaan

5.2.1 SKIN CARE II - GELAATSREGENERATIE, STAP 1C: I-LIGHT BEHANDELING.



i-LIGHT SKIN CARE II, STAP 1C

- Cliënt in buiklig
- Richt de i-LIGHT op de nek, op een afstand van 10 cm
- Klik op "run" om de i-LIGHT te activeren
- Klik op de vervolgpijl om door te gaan




NIEUWE METING SKIN CARE II

- Voor de revitalisatiefase van het gezicht is een nieuwe meting noodzakelijk. Volg de aanwijzingen op het scherm

5.2.2 SKIN CARE II - GELAATSREGENERATIE, STAP 2A: I-ON BEHANDELING.


Reinig eerst de gezichtshuid met Rozenwater. Breng daarna het mengsel Aloe vera-Restorate aan op het gezicht. Voorafgaand aan de i-Onbehandeling wordt het gezicht bestraald met de i-LIGHT, met wit licht. Daarna wordt het gehele gezicht behandeld met de dermaroller, met de Raymedies Cicatron en Basetron. Gebruik voldoende van de contactgel-mix, stel de i-ON amplitude in op net niet voelbaar (normaal tussen 70 en 80, bij een goed bevochtigde nul-elektrode), en activeer het starten van de Raymedy door op de “run”-pijl te klikken.



Treat the whole face with the i-Light from a distance of 10 cm at nose tip level


i-LIGHT SKIN CARE II STAP 2A: I-ON VOORBEHANDELING

Bestraal het gehele gezicht met color white, om de absorptie van het mengsel te optimaliseren



Treat the whole face with the dermaroller

i-ON SKIN CARE II STAP 2A. Afhankelijk van de zwakste meridiaan in de laatste meting worden hierna achtereenvolgens 3 specifieke gezichtszones behandeld met de twee staaf-elektrodes.



Treat the indicated zones symmetrically with the flat electrodes

rechten voorbe



Treat the indicated zones symmetrically with the flat electrodes




Treat the indicated zones symmetrically with the flat electrodes

5.2.2 SKIN CARE II - GELAATSREGENERATIE, STAP 2B. BEHANDELING MET I-VAC


Behandeling met de i-VAC in 2 etappes: lymfdrainage en bindweefselmassage. Verwijder de restanten van de contact-gel, en maak een mengsel van amandel-olie met het op het scherm aangegeven element-complex. Afhankelijk van de zuigkracht, de pulsatie en de bewegingsrichting heeft de i-VAC behandeling een drainage effect op het lymf-systeem of een ontgiftend en regenererende werking op het bindweefsel.

- Breng het olie-mengsel aan het op gezicht. Dan begint u de i-VAC behandeling met de kleinste ronde glazen als volgt:
- **Lymfdrainage**
 1. Op het kuiltje van het sleutelbeen (acupunt M11): 7-8 cycli
 2. Vanaf het midden van de onderlip tot onder de kinrand
 3. Vanaf de zijkanten van de onderlip tot onder de kinrand
 4. Vanaf de nasolabiaalplooien tot onder de kinrand
 5. Vanaf de wangen tot onder de kinrand
 6. Vanaf het midden van de onderkaakrand naar opzij en naar omhoog tot het kuiltje onder de oorlel (acupunt 3 E 17)
 7. Vandaar uit weer naar omlaag, naar het sleutelbeenkuiltje (Acupunt M11) 7-8 cycli
 8. Dan van de binnenste ooghoek naar de buitenste ooghoek (Acupunt ext. Taiyang)
 9. Beginnend tussen de wenkbrauwen (Acupunt ext. Yin Tang) tot aan de haargrens
 10. Vanaf het midden van het voorhoofd naar opzij, richting slapen, en dan naar de buitenste ooghoek (Taeyang): 3-4 cycli
 11. Vandaar uit weer naar het kuiltje onder de oorlellen (3 E 17): 3-4 cycli
 12. Naar omlaag, naar het sleutelbeenkuiltje (M11): 7-8 cycli
- **Bindweefselmassage, fase 1 (55 cycli). Gebruik beide kleinste vacuümglazen symmetrisch en gelijktijdig**
 1. Vanaf het midden onder de onderlip met één beweging zijwaarts omhoog
 2. Vanaf de zijkanten van de neus over de wangen zijwaarts omhoog
 3. Vanaf het midden van het voorhoofd zijwaarts
- **Bindweefselmassage, fase 2 (550 cycli). Verander het aantal cycli van 55 naar 550 en gebruik in deze fase één plat vacuümglasje.** Geef tegendruk met de vingertoppen van uw andere hand
 1. Vanuit het midden onder de onderlip met één beweging zijwaarts omhoog
 2. Vanaf de zijkanten van de neus over de wangen naar opzij en omhoog
 3. Vanaf de voorhoofds midden naar opzij.

- Verwijder daarna zorgvuldig alle olie-restanten




5.2.2 SKIN CARE II GELAATSREGENERATIE, STAP 2C. BEHANDELING MET DE I-LIGHT.



i-LIGHT SKIN CARE II, STAP 2C: De gezichtshuid krijgt dezelfde meridiaan-corrigerende Raymedies toegediend als in stap 2a, maar nu in de vorm van kleursignalen met de i-LIGHT, met een sterke huidvitaliserende Raymedy tot slot

Een laatste meting is noodzakelijk om de juiste Raymedy te kunnen bepalen voor de consolidatiefase.


Please do 1 EDA measurement for the i-Health skin analysis.



1366	Lo 11	2269
1369	Di 1	2409
1625	C 9	2465
2281	3E 1	2405
2327	H 9	2400
2353	Du 1	2363
2354	MP 1	2378
2411	Le 1	2364
2403	M 45	2423
2404	G 44	2440
2422	N 1	2458
2434	B 67	2301

5.2.3 SKIN CARE II GELAATSREGENERATIE, STAP 3. CONSOLIDATIE,

Nu begint de laatste fase: de consolidatiefase. U verbindt daartoe de stekker van de rode Beamer met het i-Matrix kastje, en plaatst de beamer op de aangeduide plek van de afbeelding. U activeert de juiste Raymedy door op de kleine “run”-pijl rechts van de genoemde Raymedy te klikken.




BEAMER SKIN CARE II, STAP 3: CONSOLIDATIE

- Cliënt in ruglig
- Sluit de rode beamer aan op de i-MATRIX, en plaats de Beamer op de aangegeven plek
- Klik op het “run” pijltje om de Raymedy te activeren
- Klik op de vervolgpijl om door te gaan

Door na afloop weer op de vervolgpijl te drukken, bent u aan het eind van dit programma aangeland, en verschijnt op het scherm de tekst:


Protocoll is finished.

5.3 REJUVENATION PROGRAMMA



REJUVENATION PROGRAMMA IN HET KORT


1. 10 Min Infrarood licht op het gezicht
2. 3 EDA metingen
3. Pakking met Aloë+Restorate in de nek
4. i-LIGHT met wit licht
5. i-ON volgens protocol met Aloë+Restorate, de eerste 2 Raymedies de gehele nek met de Dermaroller
6. i-ON (zie afbeelding): de eerste drie nekwervels+dermatomen met de bijpassende raymedies en de platte staafelektrodes
7. i-VAC volgens protocol met amandelolie +5 Elementen complex
8. i-LIGHT volgens protocol
9. Gezichtsmasker met Aloë+Restorate
10. i-LIGHT met wit licht
11. i-ON met de dermaroller met Cicatron en Basetron
12. Restanten van Aloë+Restorate verwijderen, I-ON protocol vervolgen met Aloe+Q10 +Beauty Line 12h active Serum
13. i-VAC volgens protocol met amandelolie + 5 elementen CPL
14. i-LIGHT volgens protocol
15. EDA nameting
16. Beamer Emochakraton



Drie metingen vooraf zijn nodig om het Element-type, de energieverdeling en de energiehoeveelheid van de cliënt vast te stellen

-Klik na 3 metingen op het icoon van " Rejuvenation"


5.3.1 REJUVENATION VAN DE NEK MET I-ON



i-ON VOORBEHANDELING MET I-LIGHT:

- Cliënt in buiklig
- Breng de aloe-mix aan op de gehele nek
- Klik op het "run" pijltje om de Raymedy te activeren
- Richt de i-LIGHT op de gehele nek, met een afstand van 10 cm
- Klik op de vervolgpil om door te gaan


Na het toepassen van wit licht met de i-LIGHT verschijnt het volgende schermbeeld:



REJUVENATION VAN DE NEK MET i-ON:

- Cliënt in buiklig
- Bevestig de 0-elektrode om de pols
- Stel de juiste stroomsterkte in
- Klik op het "run" pijltje om de 1^e Raymedy te activeren, en behandel daarmee de gehele nek met de dermaroller
- Behandel de aangegeven wervels met de bijbehorende Raymedies, met de 2 platte staaf-elektrodes
- Klik op de vervolgpil om door te gaan


5.3.2 REJUVENATION VAN DE NEK MET DE I-VAC



REJUVENATION VAN DE NEK MET i-VAC:

- Cliënt in buiklig
- Breng amandel-olie aan op de behandelzone, met toevoeging van enkele druppels van de juiste element-olie code
- Klik op "run" om de i-VAC te activeren
- Gebruik de kleine vacuum-glazen volgens de aanwijzingen
- Klik op de vervolgpil om door te gaan

5.3.3 REJUVENATION VAN DE NEK MET DE I-LIGHT




REJUVENATION VAN DE NEK MET I-LIGHT:

- Cliënt in buiklig
- Richt de i-LIGHT op de nek, op een afstand van 10 cm
- Klik op "run" om de i-LIGHT te activeren
- Klik op de vervolgpijl om door te gaan


5.3.4 REJUVENATION VAN HET GEZICHT MET I-ON

Breng , na reiniging van het gezicht met rozenwater, eerst een masker aan van Aloe vera+ Restorate op het gezicht, vraag de cliënt de ogen te sluiten, en bestraal het gehele gezicht met wit licht met de I-LIGHT



i-LIGHT REJUVENATION: I-ON VOORBEHANDELING

- Client in ruglig, met gesloten ogen
- Bestraal het gehele gezicht met i-LIGHT, op een afstand van 10
- klik op "run" om de i-LIGHT te activeren
- klik op "Continue" om verder te gaan





i-ON GEZICHTS-REJUVENATION:

- Cliënt in ruglig
- Bevestig de 0-elektrode om de pols
- Stel de juiste stroomsterkte in
- druk op het "run"pijltje om de eerste 2 Raymedies te activeren
- Behandel het gezicht met de dermaroller
- verwijder de restanten van het masker, ga door met het protocol met Aloe+Q10+Beauty line 12h serum
- Reinig daarna het gezicht
- Klik op de vervolgpijl om door te gaan

5.3.5 REJUVENATION VAN HET GEZICHT MET DE I-VAC IN 2 ETAPPES: LYMPHDRAINAGE EN BINDWEEFSELMASSAGE.

Maak een mengsel van amandel-olie met de op het scherm aangegeven element-essence.

Afhankelijk van de zuigkracht, pulsatie en de bewegingsrichting heeft de i-VAC behandeling een drainage-effect op het lymfsysteem of een ontgiftend en regenererende werking op het bindweefsel. Pas de zuigwerking aan op de huidgevoeligheid van uw cliënt!



- **Lymfdrainage**

1. Op het kuiltje van het sleutelbeen (acupunt M11): 7-8 cycli
2. Vanaf het midden van de onderlip tot onder de kinrand
3. Vanaf de zijkanten van de onderlip tot onder de kinrand
4. Vanaf de nasolabiaalplooien tot onder de kinrand
5. Vanaf de wangen tot onder de kinrand
6. Vanaf het midden van de onderkaakrand naar opzij en naar omhoog tot het kuiltje onder de oorlel (acupunt 3 E 17)
7. Vandaar uit weer naar omlaag, naar het sleutelbeenkuiltje (Acupunt M11) 7-8 cycli
8. Dan van de binnenste ooghoek naar de buitenste ooghoek (Acupunt ext. Taiyang)
9. Beginnend tussen de wenkbrauwen (Acupunt ext. Yin Tang) tot aan de haargrens

10. Vanaf het midden van het voorhoofd naar opzij, richting slapen, en dan naar de buitenste ooghoek (Taeyang): 3-4 cycli

11. Vandaar uit weer naar het kuiltje onder de oorlellen (3 E 17): 3-4 cycli

12. Naar omlaag, naar het sleutelbeenkuiltje (M11): 7-8 cycli

- **Bindweefselmassage, fase 1 (55 cycli). Gebruik beide kleinste vacuümglazen symmetrisch en gelijktijdig**


1. Vanaf het midden onder de onderlip met één beweging zijwaarts omhoog
2. Vanaf de zijkanten van de neus over de wangen zijwaarts omhoog
3. Vanaf het midden van het voorhoofd zijwaarts

- **Bindweefselmassage, fase 2 (550 cycli). Verander het aantal cycli van 55 naar 550 en gebruik in deze fase één plat vacuümglaasje. Geef tegendruk met de vingertoppen van uw andere hand**

1. Vanuit het midden onder de onderlip met één beweging zijwaarts omhoog
2. Vanaf de zijkanten van de neus over de wangen naar opzij en omhoog
3. Vanaf de voorhoofds midden naar opzij.


- Verwijder daarna zorgvuldig alle olie-restanten

5.3.6 REJUVENATION VAN HET GEZICHT MET DE I-LIGHT



GEZICHTS-REJUVENATION MET I-LIGHT:


- Client in ruglig, met gesloten ogen.
- Richt de i-LIGHT op het gezicht, t.h.v. de neuspunt, op een afstand van 10 cm
- activeer de Raymedies door op de "Run"-pijl te klikken



NIEUWE METING

- Voor de afsluitende consolidatiefase is een nieuwe meting noodzakelijk.
- Volg de aanwijzingen op het scherm

5.3.7 CONSOLIDATIE MET DE BEAMER



AFSLUITING REJUVENATION: CONSOLIDATEFASE

- Cliënt in ruglig
- Vanwege het actuele energie-overschot in het Element Aarde selecteert het programma de Raymedy Eموchacratron 5: energie afvoeren naar Metaal
- Plaats de rode beamer op de navel, en activeer de Raymedy door te klikken op het "run"-pijl

beëindigt u het programma :

Door na afloop weer op de vervolgpil te drukken,

Procoll is finished.

5.4 ANTI-RIMPEL PROTOCOL



ANTI-WRINKLE

ANTI-RIMPEL PROGRAMMA IN HET KORT

Het is ondoenlijk om in één behandeling alle rimpels te behandelen. Selecteer daarom samen met uw cliënt 1 tot 2 problematische rimpels per behandeling.

1. 10 minuten gezichtsbestraling met Infrarood licht (TDP-lamp)
2. 3 EDA-metingen
3. Aanbrengen van een Aloe+Restorate pakking in het nekgebied
4. I-LIGHT met wit licht
5. I-ON volgens het programma met Aloe+Restorate, waarbij met de eerste Raymedy de gehele nek wordt behandeld met de Dermalroller
6. De eerste 3 wervels behandelen met de daarbij behorende Raymedies en met de 2 platte staafelektrodes
7. i-VAC volgens het programma met amandelolie +5 Elementen complex
8. I-LIGHT volgens het programma
9. Voorbehandeling van het gezicht met Aloe+Restorate
10. I-LIGHT met wit licht
11. i-ON met de dermaroller met Cicatron en Basetron
12. Verwijder de restanten van Aloe+Restorate, vervolg de I-ON procedure met Aloe+Q10 + Beauty line 12h active serum (dit laatste direct op de te behandelen rimpels)
13. I-VAC volgens het programma met amandelolie + 5 elements CPL
14. I-LIGHT zoals aangegeven in het programma
15. EDA meting
16. Beamer Emochakraton met de beamer


5.4.1 ANTI-RIMPELBEHANDELING VAN DE NEK MET DE I-ON

Breng eerst de aloe-restorate mix aan op de gehele nek, en bestraal de nek met wit licht uit de i-LIGHT.



i-ON VOORBEHANDELING

- Cliënt in buiklig
- Breng de Aloe-mix aan
- Klik op het "run" pijltje om de i-LIGHT te activeren
- Richt de i-LIGHT op de nek op een afstand van 10 cm
- Klik op de vervolgpijl om door te gaan




Na klikken op "continue" verschijnt het volgende scherm:

Anti-rimpelprogramma van de nek met i-ON:

- Cliënt in buiklig
- sluit de 0-elektrode aan om de pols
- Stel de juiste stroomsterkte in
- klik op het "run" pijltje om de eerste Raymedy te activeren, en behandel de gehele nek met de dermaroller
- Behandel alleen de eerste drie wervels met de 2 platte elektrodes, en de daarbij behorende Raymedies
- klik op de vervolgpijl om door te gaan

rbewouden


5.4.2 ANTI-RIMPELBEHANDELING VAN DE NEK MET DE I-VAC



Anti-rimpelprogramma nek met i-VAC:

- Cliënt in buiklig
- Breng amandel-olie aan op de behandelzone, met toevoeging van enkele druppels van het juiste element-complex
- Klik op “run” om de i-VAC te activeren
- Gebruik de kleine vacuüm-glazen volgens de aanwijzingen
- Klik op de vervolgpijl om door te gaan

5.4.3 ANTI-RIMPELBEHANDELING VAN DE NEK MET DE I-LIGHT




Anti-rimpelprogramma van de nek met i-LIGHT:

- Cliënt in buiklig
- Richt de i-LIGHT op de nek, op een afstand van 10 cm
- Klik op “run” om de i-LIGHT te activeren
- Klik op de vervolgpijl om door te gaan


5.4.4 BEHANDELING VAN DE MEEST VOORKOMENDE RIMPELS MET DE I-ON

Het is binnen het gegeven tijdsbestek ondoenlijk om alle rimpels in één behandeling grondig aan te pakken. Geef in overleg met uw cliënt de meest problematische rimpels voorrang, sla de andere rimpelbehandelingen in het programma gewoon over, en volg de aanwijzingen op het scherm. Maak vooraf 2 mengsels: een van Aloe+Restorate, en een van Aloe+Q10+ Beauty Line 12h active serum (extra 12h active serum direct op de te behandelen rimpels).

Breng, na reiniging van het gezicht met rozenwater, eerst een masker aan van Aloe vera+ Restorate op het gezicht, vraag de cliënt de ogen te sluiten, en bestraal het gehele gezicht met wit licht met de i-LIGHT




Treat the whole face with the i-Light from a distance of 10 cm at nose tip level




i-LIGHT ANTI-RIMPEL: I-ON VOORBEHANDELING






- Cliënt in ruglig, met gesloten ogen
- Bestraal het gehele gezicht met i-LIGHT, op een afstand van 10 van de neuspunt
- klik op “run” om de i-LIGHT te activeren
- klik op “Continue” om verder te gaan



ANTI-WRINKLE

I-ON






i-ON fase 1

- Stel de juiste stroomsterkte in, juist onder het gevoeligheidsniveau. Sluit de rode kabel aan op de rode stekkerbus van de i-MATRIX, en bevestig die met een bevochtigd zeemleren doekje of een pad met de nul-elektrode aan de pols van uw cliënt. Behandel het gehele gezicht met de Dermalroller en de eerste 2 raymedies cicatron en basetron. Pauzeer daarna even.

i-ON fase 2


- Verwijder zorgvuldig het aloe-restorate mengsel met een vochtige warme doek
- Breng vervolgens een opgewarmd mengsel eauty line 12h active serum (1El : 7 dr : 6 sprays) aan op het gezicht, vooral op de te behandelen rimpelzones

- Verbind de stekker van de 2^e zwarte kabel met de stekker van de eerste zwarte kabel, en sluit daarop beide kogel-staafelektrodes aan
- Behandel nu de door u geselecteerde rimpelzones met de beide staafelektrodes. Let erop dat er nog voldoende aloë-mengsel op het gezicht aanwezig is
- Klik op de RUN-pijl om de overige raymedies te activeren
- **De laatste raymedy wordt met de Dermaroller weer op het gehele gezicht toegepast**
- Verwijder tenslotte zorgvuldig de aloë-restanten met een vochtige warme doek



5.4.5 LYMFDRAINAGE EN BINDEWEFSELMASSAGE VAN HET GEZICHT MET DE I-VAC

Breng het juiste mengsel van Amandel-olie en het 5 elementen-complex aan op het gezicht



- **Lymfdrainage**

1. Op het kuiltje van het sleutelbeen (acupunt M11): 7-8 cycli
2. Vanaf het midden van de onderlip tot onder de kinrand
3. Vanaf de zijkanten van de onderlip tot onder de kinrand
4. Vanaf de nasolabiaalplooien tot onder de kinrand
5. Vanaf de wangen tot onder de kinrand
6. Vanaf het midden van de onderkaakrand naar opzij en naar omhoog tot het kuiltje onder de oorlel (acupunt 3 E 17)
7. Vandaar uit weer naar omlaag, naar het sleutelbeenkuiltje (Acupunt M11) 7-8 cycli
8. Dan van de binnenste ooghoek naar de buitenste ooghoek (Acupunt ext. Taiyang)
9. Beginnend tussen de wenkbrauwen (Acupunt ext. Yin Tang) tot aan de haargrens
10. Vanaf het midden van het voorhoofd naar opzij, richting slapen, en dan naar de buitenste ooghoek (Taeyang): 3-4 cycli
11. Vandaar uit weer naar het kuiltje onder de oorlellen (3 E 17): 3-4 cycli
12. Naar omlaag, naar het sleutelbeenkuiltje (M11): 7-8 cycli

- ***Bindweefselmassage, fase 1 (55 cycli). Gebruik beide kleinste vacuümglazen symmetrisch en gelijktijdig***


1. Vanaf het midden onder de onderlip met één beweging zijwaarts omhoog
2. Vanaf de zijkanten van de neus over de wangen zijwaarts omhoog
3. Vanaf het midden van het voorhoofd zijwaarts

- **Bindweefselmassage, fase 2 (550 cycli). Verander het aantal cycli van 55 naar 550 en gebruik in deze fase één plat vacuümglaasje. Geef tegendruk met de vingertoppen van uw andere hand**

1. Vanuit het midden onder de onderlip met één beweging zijwaarts omhoog
2. Vanaf de zijkanten van de neus over de wangen naar opzij en omhoog
3. Vanaf de voorhoofds midden naar opzij.


- Verwijder daarna zorgvuldig alle olie-restanten

5.4.6 ANTI-RIMPEL GEZICHTSBEHANDELING MET DE I-LIGHT



i-LIGHT:

- Client in ruglig, met gesloten ogen.
- Richt de i-LIGHT op het gezicht, t.h.v. de neuspunt, op een afstand van 10 cm
- activeer de Raymedies door op de “Run”-pijl te klikken
- Klik op de vervolgpijl om door te gaan



NIEUWE METING

- Voor de afsluitende consolidatiefase is een nieuwe meting noodzakelijk.
- Volg de aanwijzingen op het scherm

5.4.5 CONSOLIDATIE MET DE BEAMER TER AFSLUITING VAN HET ANTI-RIMPPELPROTOCOL



SLOTFASE ANTI-RIMPELPROGRAMMA: CONSOLIDATEFASE

-Cliënt in ruglig

- vanwege de actuele energiebalans in het Element Aarde selecteert het programma de Raymedy Emochacratron 2: stabiliserend in het eigen element

-Plaats de rode beamer op de navel, en activeer de Raymedy door te klikken op het "run"-pijl

Door na afloop weer op de vervolgpijl te drukken, sluit u het anti-rimpelprogramma:

Protocoll is finished.

5.5 ACNE PROTOCOL




ACNE PROGRAMMA IN HET KORT

1. 10 minuten Infrarood licht op het gezicht
2. 3 EDA metingen
3. Pakking met Aloë+Restorate in de nek
4. i-LIGHT met wit licht
5. i-ON volgens protocol met Aloë+Restorate, de eerste Raymedy de gehele nek met de Dermaroller

6. i-ON (zie afbeelding): de bovenste drie halswervels met dermatomen behandelen met de daarbij horende raymedies en de platte staafelektrodes
7. i-VAC volgens protocol met amandelolie +5 Elementen complex
8. i-LIGHT volgens protocol
9. Gezichtsmasker met Aloë+Restorate
10. i-LIGHT met wit licht
11. i-ON met de dermaroller met Cicatron en Basetron
12. Restanten van Aloë+Restorate verwijderen, i-ON protocol vervolgen met Aloe+Q10
13. i-VAC volgens protocol met amandelolie+ 5 Elementen cpl
14. i-LIGHT
15. EDA nameting
16. Beamer Emochakraton

5.5.1 ACNEVOORBEHANDELING VAN DE NEK MET I-ON


Ook dit programma begint met het toepassen van een pakking, en bestraling van wit licht met de i-LIGHT. Breng eerst het mengsel aan op de gehele nek, en bestraal de nek met wit licht uit de i-LIGHT.



i-ON VOORBEHANDELING MET I-LIGHT:

- Cliënt in buiklig
- Breng de aloe-mix aan op de gehele nek
- Klik op het "run" pijltje om de Raymedy te activeren
- Richt de i-LIGHT op de gehele nek, met een afstand van 10 cm
- Klik op de vervolgpijl om door te gaan


Door op de "continue"pijl te drukken, komt u in het volgende i-ON-scherm:



ACNEBEHANDELING NEK i-ON:

- Cliënt in buiklig
- Sluit de 0-elektrode aan om de pols
- Stel de juiste stroomsterkte in
- Klik op het "run" pijltje om de eerste Raymedy te activeren, en behandel de gehele nek met de dermaroller.
- Verbind beide zwarte kabels met elkaar, en behandel daarna de aangegeven nekwervels en dermatomen met de 2 platte staafelektrodes, en de daarbij behorende Raymedies
- Verwijder zorgvuldig de aloe-restanten
- Klik op de vervolgpijl om door te gaan


5.5.2 ACNEBEHANDELING VAN DE NEK MET I-VAC



ACNEBEHANDELING NEK i-VAC:

- Cliënt in buiklig
- Breng amandel-olie aan op de behandelzone, met toevoeging van 7-10 druppels van het juiste element-complex
- Druk op “run” om de i-VAC te activeren
- Gebruik de kleine vacuum-glazen volgens de aanwijzingen
- Verwijder zorgvuldig de olie-restanten
- Druk op de vervolgpil om door te gaan

5.5.3 ACNEBEHANDELING VAN DE NEK MET I-LIGHT




ACNEBEHANDELING NEK i-LIGHT:

- Cliënt in buiklig
- Richt de i-LIGHT op de nek, op een afstand van 10 cm
- Druk op “run” om de i-LIGHT te activeren
- Druk op de vervolgpil om door te gaan


5.5.4 ACNEBEHANDELING VAN HET GEZICHT MET I-ON

Aan de i-On-behandeling van het gezicht gaat een masker van Aloe+Restorate vooraf, gevolgd door bestraling met wit licht met de i-LIGHT. Reinig eerst het gezicht met rozenwater



i-LIGHT ANTI-RIMPEL: I-ON VOORBEHANDELING

- Client in ruglig, met gesloten ogen
- Bestraal het gehele gezicht met i-LIGHT, op een afstand van 10
- klik op "run" om de i-LIGHT te activeren
- klik op "Continue" om verder te gaan



ACNEBEHANDELING GEZICHT i-ON:

- Cliënt in ruglig
- Bevestig de 0-elektrode om de pols en sluit die aan op de rode stekkerbus van de i-MATRIX
- Sluit de dermaroller aan op de zwarte stekkerbus
- Stel de juiste stroomsterkte in
- Behandel het gehele gezicht met de eerste 2 Raymedies
- Verwijder de restanten van het aloe-restorate mengsel, breng een nieuw mengsel aan van aloe vera+ Q10 en activeer de resterende Raymedies
- Druk op de vervolgpijl om door te gaan


De zuiggolfmassage van het gezicht bij acne is vooral gericht op lymfdrainage, ter ontgifting en stimulatie van de circulatie. Breng het juiste amandelolie-mengsel aan op het gezicht, en

gebruik de kleinste vacuümglazen voor de volgende procedure:

• Lymfdrainage

1. Op het kuiltje van het sleutelbeen (acupunt M11): 7-8 cycli
2. Vanaf het midden van de onderlip tot onder de kinrand
3. Vanaf de zijkanen van de onderlip tot onder de kinrand
4. Vanaf de nasolabiaalplooien tot onder de kinrand
5. Vanaf de wangen tot onder de kinrand
6. Vanaf het midden van de onderkaakrand naar opzij en naar omhoog tot het kuiltje onder de oorlel (acupunt 3 E 17)
7. Vandaar uit weer naar omlaag, naar het sleutelbeenkuiltje (Acupunt M11) 7-8 cycli
8. Dan van de binnenste ooghoek naar de buitenste ooghoek (Acupunt ext. Taiyang)
9. Beginnend tussen de wenkbrauwen (Acupunt ext. Yin Tang) tot aan de haargrens


10. Vanaf het midden van het voorhoofd naar opzij, richting slapen, en dan naar de buitenste ooghoek (Taeyang): 3-4 cycli
11. Vandaar uit weer naar het kuiltje onder de oorlellen (3 E 17): 3-4 cycli
12. Naar omlaag, naar het sleutelbeenkuiltje (M11): 7-8 cycli
13. Verwijder zorgvuldig alle olie-restanten van het gezicht



ACNEBEHANDELING GEZICHT i-VAC:


- Cliënt in ruglig
- Verwijder de restanten van het aloë-mengsel, en breng op het gezicht een mengsel aan van amandel-olie met de op het scherm aangegeven element-olie
- Volg de aanwijzingen op het scherm

5.5.6 ACNEBEHANDELING VAN HET GEZICHT MET I-LIGHT



ACNEBEHANDELING GEZICHT i-LIGHT:


- Cliënt in ruglig, met gesloten ogen
- Verwijder de restanten van de amandelolie, en activeer de Raymedies door op het "run"-pijltje te klikken rechts van de aangegeven Raymedies op het scherm
- bestraal het gehele gezicht met de i-LIGHT, op 10 cm afstand van de neuspunt



NIEUWE METING

- Voor de afsluitende consolidatiefase is een nieuwe meting noodzakelijk.
- Volg de aanwijzingen op het scherm

5.5.3 ACNE PROGRAMMA:CONSOLIDATIE MET DE BEAMER



CONSOLIDATEFASE

- Cliënt in ruglig
- vanwege het actuele energietekort in het Element Aarde selecteert het programma de Raymedy Emochacatron 4: energie toevoerend vanuit Vuur
- Plaats de rode beamer op de navel, en activeer de Raymedy door te klikken op het “run”-pijlje

Na het klikken op de vervolgpijl beëindigt u het acne-programma:

Protocoll is finished.

5.6 CELLULITE PROTOCOL

Cellulitis is om praktische topografische redenen onderverdeeld in 3 vormen, afhankelijk van de correlatie met de betrokken meridianen:


G/le, (Galblaas/Lever, zijkant benen), MP/M (Milt/Pancreas, voorkant benen), en N/B (Nier/Blaas, achterkant benen)

G/Le cellulite wordt behandeld in zijlig, MP/M in ruglig, en N/B in buiklig. Omdat in alle cellulite-gevallen de functie van MP/M in het geding is, verdient het de voorkeur om deze meridianen/zones in elke behandeling te betrekken.

Bij de Cellulite protocollen protocol verschijnen plaatjes op het scherm, die zowel de cellulitis-zones als de dematomen van de shu-punten aangeven

3 EDA metingen bepalen het constitutietype (normaal, hypo of hyper)

Na het kiezen voor het cellulite protocol verschijnen er op uw scherm 3 opties:



Alle 3 cellulite protocollen betreffen cellulite behandeling van de benen en hebben dezelfde opbouw; slechts de specifieke behandelzones verschillen. Daarom zal alleen het G/Le protocol tot in detail worden besproken.

5.6.1 CELLULITE PROTOCOL G/LE (BUITENZIJDEN BENEN)



Door de 3 metingen vooraf is het element-type, de energiehoeveelheid en de zwakste meridiaan bepaald. Als gevolg daarvan geeft het volgende scherm resp. de juiste bewegingsrichting van de vacuüm cups met de juiste oliecombinatie aan.

CELLULITE PROGRAMMA IN HET KORT (ALLEEN VOOR MP/M EN B/N, DUS AAN VOOR- EN ACHTERZIJDE VAN DE BENEN)

1. 10 minuten Infrarood op de probleemzones
2. 3 EDA metingen
3. Lymfdrainage volgens protocol op de rug
4. Pakking met Aloë+Restorate op de probleemzones van een van beide benen (voor of achter)
5. i-LIGHT met wit licht
6. i-ON met de dermaroller met Cicatron en Basetron
7. Restanten van Aloë + Restorate verwijderen, i-ON vervolgen met Aloë+ CC-Cell Lotion (mengverhouding 1:2)+ kaneel +Activize, *daarna niet reinigen, maar verder laten inwerken nadat het been wordt omwikkeld met cellofaanfolie*
8. Pakking met Aloë+Restorate op de probleemzones van het andere been (voor of achter)
9. i-LIGHT met wit licht
10. i-ON met de dermaroller met Cicatron en Basetron
11. Restanten van Aloë + Restorate verwijderen, i-ON vervolgen met Aloë+ CC-Cell Lotion (mengverhouding 1:2)+kaneel+Activize, *daarna niet reinigen, maar verder laten inwerken nadat het been gewikkeld is in cellofaanfolie*
12. Het eerst behandelde been reinigen met een warme handdoek
13. i-VAC behandeling met amandelolie + element CPL van datzelfde been volgens protocol, van onderen naar boven zoals bij het Le/Gb programma
14. Het tweede behandelde been reinigen met een warme handdoek
15. i-VAC behandeling met amandelolie + element CPL van datzelfde been volgens protocol
16. Verwijder de restanten van de amandelolie van beide benen
17. i-LIGHT behandeling volgens protocol, zoals bij het Le/Gb programma
18. Lymfdrainage van de buik, zoals bij het Le/Gb programma
19. EDA Meting
20. Beamer Emochakraton

7.6.2 CELLULITE PROTOCOL G/LE. BEHANDELING VAN DE RUG MET DE I-VAC




CELLULITE: RUGBEHANDELING MET DE I-VAC

- Cliënt in buiklig
- Volg de aanwijzingen op het scherm
- Activeer de i-VAC door te klikken op het "run"-pijl
- de juiste zuigkracht en aantal cycli per minuut zijn al voorgeprogrammeerd
- Klik op de vervolgpil om verder te gaan

5.6.3 CELLULITE PROGRAMMA G/LE. BEHANDELING VAN DE LATERALE PROBLEEMZONES MET DE I-ON


Vorbereidingen: maak 1 mengsel van Aloe vera+Restorate (verhouding 2 eetlepels: 1 afgestreken theelepel), en een ander mengsel van Aloe vera+CC-Cell lotion (verhouding 1:2)+ 1 afgestreken theelepel kaneel + 1 afgestreken theelepel Activize. De hieronder getoonde behandeling wordt herhaald op het andere been.

- Breng een pakking aan met Aloë+Restorate op de probleemzones van een van beide benen
- Bestraal de betreffende beenzones met de i-LIGHT met wit licht
- Behandel die zones met i-ON (met de dermaroller) met Cicatron en Basetron
- Verwijder de restanten van Aloë + Restorate, en vervolg de i-ON-behandeling met Aloë+ CC-Cell Lotion (mengverhouding 1:2)+ 1 theelepel kaneel+ Activize
- Behandeltijd i minuut per raymedy



CELLULITE: i-ON VOORBEHANDELING MET DE I-LIGHT

- Cliënt in zijlig
- Breng een pakking aan van aloe+restorate op de probleemzones
- activeer de i-LIGHT door op het "run" -pijl te klikken
- Bestraal de zones met wit licht
- Klik op de vervolgpil om verder te gaan




CELLULITE: BEENBEHANDELING MET DE i-ON

- Cliënt in zijlig
- Stel de juiste amplitude in
- Activeer de i-ON door te klikken op het “run”-pijltje
- Behandel de probleemzones met de eerste 2 Raymedies, en pauzeer dan even
- Verwijder het Aloe-restorate mengsel en breng een pakking aan met Aloe+CC Cell lotion+ Activize+kaneel
- Zet de behandeling voort met de resterende Raymedies
- Wikkel daarna het been in folie, om de warmte-ontwikkeling te bevorderen
- Klik op de vervolgpil om verder te gaan

Herhaal de i-LIGHT- en i-ONbehandeling voor het andere been

5.6.4 CELLULITE PROGRAMMA G/LE. BEHANDELING VAN DE LATERALE PROBLEEMZONES MET DE I-VAC

Verwijder de folie van het eerste behandelde been, en verwijder het Aloe-CC Cell-Activize mengsel met een vochtige warme doek



CELLULITE: BEENBEHANDELING MET DE I-VAC: LYMFEDRAINAGE


- Cliënt in zijlig
- Breng de juiste olie-combinatie aan op het been
- Activeer de i-VAC door te klikken op het “run”-pijltje
- Begin met het kleine vacuumglas het lymfsysteem te behandelen op de punten Mg11 (sleutelbeenkuiltje), en Le3 (tussen grote en 2^e teen); 7-8 cycli per punt
- verwissel het kleine glas voor het grote glas: Le8 (binnenzijde knie) 7-8 cycli;
- Behandel daarna met beide grote glazen de hele buitenzijde van het been, van de knie naar de heup
- Pas voortdurend de zuigkracht aan aan de pijngevoeligheid
- Klik op de vervolgpil om verder te gaan

i-VAC BINDWEEFSELMASSAGE

- Wijzig de cycli naar 550, en verminder de pomp-intensiteit tot minstens 25% i.v.m. de pijngevoeligheid
- Behandel nu met één vacuümglas vlotter en oppervlakkiger de zijkant van het been van de knie naar de heup
- Verwijder daarna zorgvuldig de olie-restanten

Herhaal deze i-VAC behandeling op het tweede been


5.6.5 CELLULITE PROGRAMMA G/LE. BEHANDELING VAN DE LATERALE PROBLEEMZONES MET DE I-LIGHT



CELLULITE: BEENBEHANDELING MET DE I-LIGHT

- Cliënt in zijlig
- Volg de aanwijzingen op het scherm
- Activeer de i-LIGHT door te klikken op het “run”-pijltje
- Klik op de vervolgpijl om verder te gaan

5.6.6 CELLULITE PROGRAMMA G/LE. BUIKBEHANDELING MET DE I-VAC



CELLULITE: BUIKBEHANDELING MET DE I-VAC

- Cliënt in ruglig
- Volg de aanwijzingen op het scherm
- Activeer de i-VAC door te klikken op het “run”-pijltje
- de juiste zuigkracht en aantal cycli per minuut zijn al voorgeprogrammeerd
- Klik op de vervolgpijl om verder te gaan

- Breng het juiste amandelolie-mengsel aan op de buik. Daarna neemt u beide grote vacuümglazen in de hand. Let erop dat uw cliënt de zuigkracht verdragen kan.
- Activeer de i-VAC door op het RUN-pijltje te klikken. Bij HYPO- en normale energie: plaats de beide glazen op de linker- en rechterbuikzijde (taille) en volg de pijlrichtingen naar omhoog tot de onderkant van het borstbeen, vervolgens van de taille naar het midden van de buik, dan vanuit de taille zijwaarts naar onderen tot aan het schaambeen. Tenslotte van het schaambeen over het midden van de buik naar het borstbeen. Verwijder daarna zorgvuldig alle olie-restanten, en klik op de “continue”-pijl
- Bij HYPER-energie: Beweeg beide glazen vanuit de taille tot aan het schaambeen, dan vanuit de taille naar de navel toe, vervolgens vanuit de taille zijwaarts omhoog naar de onderkant van het borstbeen. Tenslotte vanaf het borstbeen over het buik-midden naar het schaambeen. Volg eenvoudig de aangegeven pijlrichtingen. Verwijder daarna zorgvuldig alle olie-restanten, en klik op de “continue”-pijl

Please do 1 EDA measurement for the iHealth skin analysis.

NIEUWE METING

- Voor de afsluitende consolidatiefase is een nieuwe meting noodzakelijk.
- Volg de aanwijzingen op het scherm

5.6.7 CELLULITE PROTOCOL: CONSOLIDATIE MET DE BEAMER

Beamer

AARDE, Hypo, Circulatie
emochacratron 4

00:00 00:25 00:50 01:15 01:40

CELLULITIS

Plaats de beamer op de navel

CONSOLIDATIEFASE

- Cliënt in ruglig
- vanwege het actuele energietekort in het Element Aarde selecteert het programma in bijgaand geval de Raymedy Eموchacratron 4: energie toevoerend vanuit Vuur
- Plaats de rode beamer op de navel, en activeer de Raymedy door te klikken op het “run”-pijltje

Door na afloop weer op de vervolgpijl te drukken, beëindigt u het cellulite programma en verschijnt op het scherm de tekst:


Protocol is finished.

5.7 SPECIAL SOLUTIONS

Zoals reeds vermeld, zijn per 15 februari 2011 aan “special solutions” enkele programma's toegevoegd, zoals Couperose/Rosacea, Besenreiser, Striae en een speciaal cellulite-programma voor de schouders en de nek. Hieronder volgt een typisch ‘demo-protocol’, waarmee nieuwe cliënten in een relatief korte sessie effectief kunnen kennismaken met alle ingrediënten van de Energie Skin Care Module.

5.7.1 DEMO-RUGBEHANDELING MET I-ON, I-VAC EN I-LIGHT

SPECIAL SOLUTIONS: DEMO




I-LIGHT



colorwhite

00:00 00:30 01:00 01:30 02:00



SPECIAL SOLUTIONS: DEMO



I-ON



basetron

00:00 00:30 01:00 01:30 02:00



cardiosanotron

00:00 00:30 01:00 01:30 02:00

I-ON

amplitude

100-


80-

60-

40-

20-


0-



AARDE, Hypo, 3-verwarmer

SKIN CARE

SPECIAL SOLUTIONS: DEMO



I-VAC



Time (mm:ss) 10:00

Power (%) 0 50 100

Cycles per min. 45

Zoom

Verwijder de Aloe restanten. Breng nu op de rug een mengsel aan van 2 eetlepels Amandelolie met 10 druppels van de op het beeldscherm aangegeven element-essence. Beweeg de beide glazen gelijktijdig en symmetrisch in de richting van de pijlen. Grote glazen voor de rug, middelste glazen voor de nek. Leg de nadruk op de rugzones B20 en B21

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00

Run

AARDE, Hypo, 3-verwarmer

SKIN CARE

SPECIAL SOLUTIONS: DEMO



I-LIGHT

basetron 00:00 00:15 00:30 00:45 01:00

cardiosanotron 00:00 00:15 00:30 00:45 01:00

Run

Zoom

Verwijder de restanten van de amandelolie, en richt de I-Light met ongeveer 10 cm afstand op de wervelkolom tussen de punten B20 links en rechts en B21 links en rechts

back

continue

Please do 1 EDA measurement for the i-Health skin analysis.



back

continue

1366	Lo 11	2269
1369	Di 1	2409
1625	C 9	2465
2281	3E 1	2405
2327	H 9	2400
2353	Du 1	2363
2354	MP 1	2378
2411	Le 1	2364
2403	M 45	2423
2404	G 44	2440
2422	N 1	2458
2434	B 67	2301



NIEUWE METING

- Voor de volgende fase is een nieuwe meting noodzakelijk.

5.7.2 DEMO-GEZICHTSBEHANDELING MET I-ON, I-VAC EN I-LIGHT


Maak vooraf 2 mengsels: een van Aloe+Restorate, en een van Aloe+Q10+Rebuild 25.

Breng, na reiniging van het gezicht met rozenwater, eerst een masker aan van Aloe vera+ Restorate op het gezicht, vraag de cliënt de ogen te sluiten, en bestraal het gehele gezicht met wit licht



AARDE, Hypo, 3-verwarmer
SKIN CARE

SPECIAL SOLUTIONS: DEMO



I-VAC



Zoom

Lyfndrainage.
 Verwijder de aloë-mengselrestanten en breng op het gezicht een mengsel aan van amandelolie en enkele druppels 5 Elementen-complex volgens de aangegeven indicatie. Werk symmetrisch met de middelste glazen, evt. op het voorhoofd met de kleinste glazen. Zuigkracht 45 %, 45cycli p. min. Beweeg de glazen -op de momenten dat er geen zuigkracht is, van boven naar beneden of van het midden schuin naar buiten/omlaag. Werk in de volgorde van de genummerde pijlen van de afbeelding:
 1. Begin in het sleutelbeenkuiltje (acupunt M11) gedurende 7-8 vacuum cycli. (niet afgebeeld).
 2. Van het centrum van de kin onder de onderlip over de kinrand.
 3. Met beide vacuümglazen iets vanuit het midden van de kin over de kinrand. 4. Vanaf de nasolabiaalplooi over de kinrand.
 5. Vanaf de wangen over de kinrand.
 6. Vanaf de mediolaterale kaakrand naar een kuiltje onder de orellellen (3H17). 7. Vanaf 3H17 naar omlaag, naar het sleutelbeen-kuiltje (M11): 7-8 cycli. 8. Dan vanaf de binnenste ooghoek naar de buitenste ooghoek (ext. acupunt Tae Yang).
 9. Vanaf Yin Tang (precies tussen de wenkbrauwen) naar de bovenste haargrens. 10. Vanuit Yin Tang zijwaarts omhoog, via de slapen naar Tae Yang (3-4 cycli).
 11. Vandaaruit naar het kuiltje onder beide orellellen (3H17): 3-4 cycli sleutelbeen
 12. Vanuit 3H17 naar omlaag, naar het sleutelbeenkuiltje (M11): 7-8 cycli.

window stays on top and can be resized ->

AARDE, Hypo, 3-verwarmer
SKIN CARE

SPECIAL SOLUTIONS: DEMO



I-LIGHT



Cicaton 00:00 00:15 00:30 00:45 01:00

basatron 00:00 00:15 00:30 00:45 01:00

biomatron 00:00 00:15 00:30 00:45 01:00

calcitron 00:00 00:15 00:30 00:45 01:00

procatron 00:00 00:15 00:30 00:45 01:00

Zoom

Verwijder zorgvuldig de amandelolie-restanten. Plaats de I-Light op 10 cm afstand van het gezicht, t.h.v. de neuspunt

back
continue

Please do 1EDA measurement for the I-Health skin analysis.




back
continue

1366	Lo 11	2269
1369	Di 1	2409
1625	C 9	2465
2281	3E 1	2405
2327	H 9	2400
2353	Du 1	2363
2354	MP 1	2378
2411	Le 1	2364
2403	M 45	2423
2404	G 44	2440
2422	N 1	2458
2434	B 67	2301

NIEUWE METING

- Voor de afsluitende consolidatiefase is een nieuwe meting noodzakelijk.
- Volg de aanwijzingen op het scherm

5.7.3 DEMO -CONSOLIDATIEFASE MET DE BEAMER




CONSOLIDATEFASE

- Cliënt in ruglig
- vanwege het actuele energie-overschot in het Element Aarde selecteert het programma de Raymedy Emochacratron 5: energie afvoeren naar Metaal
- Plaats de rode beamer op de navel, en activeer de Raymedy door te klikken op het "run"-pijltje


U beëindigt het demo-programma door na afloop weer op de vervolgpijl te drukken. Dan verschijnt op het scherm de tekst:

Protocoll is finished.

5.7.4 BUIKPROGRAMMA MET I-ON, I-VAC EN I-LIGHT, CONSOLIDATIE




SPECIAL SOLUTIONS: BUIKPPROGRAMMA



Zoom

Sluit de passieve electrode (+) aan op de pols met een bevochtigd stukje zeemleer of pad. Het rode kabeltje daarvan is verbonden met de rode stekkerbus aan de voorzijde van het i-matrix apparaat. Verbind de dermaroller met het zwarte kabeltje met de zwarte stekkerbus. Stel de amplitude zodanig in dat er geen stroomsensatie voelbaar is. Beweeg vervolgens de dermaroller langzaam naar links en naar rechts na het aanklikken van de aangegeven Raymedies. Verwijder nadat u met deze stap klaar nebt zorgvuldig alle Aloe-restanten met een warme doek.

SPECIAL SOLUTIONS: BUIKPPROGRAMMA



I-VAC



Zoom

Clint ligt op de rug. Breng het juiste amandeloliemengsel aan op de daarvoor bedoelde zones. Activeer de i-VAC door op RUN te drukken en begin met één klein vacuümglas:

1. op het sleutelbeenkuiltje ter hoogte van acupunt M11: 7-8 suctie-cycli.
2. Tussen de grote teen en de 2e teen (acupunt Le3): 7-8 suctie-cycli.
3. Vervissel het kleine glas voor het grote. Aan de binnenzijde van de knie (acupunt Le8): 7-8 suctie cycli.
4. Beweeg het grote glas enkele malen vanaf de buitenzijde van de heup naar de lies. Ga vervolgens over tot de buikbehandeling.

HYPER: Beweeg beide grote glazen symmetrisch en gelijktijdig vanaf de taille naar het schaambeent, daarna van de taille naar de navel, en daarna van de taille naar de onderkant van het borstbeen. Beweeg ter afsluiting beide glazen van daaruit naar omlaag, naar het schaambeent.

NORMAAL en HYPO: Beweeg beide grote glazen symmetrisch en gelijktijdig vanaf de taille naar de onderkant van het borstbeen, daarna van de taille naar de navel, en daarna van de taille naar het schaambeent. Beweeg ter afsluiting beide glazen vandaaruit naar omhoog, naar de onderkant van het borstbeen.



SPECIAL SOLUTIONS: BUIKPPROGRAMMA





I-LIGHT




cardiosanotron

00:00 00:30 01:00 01:30 02:00




Please do 1 EDA measurement for the iHealth skin analysis.



1366	Lo 11	2269
1369	Di 1	2409
1625	C 9	2465
2281	3E 1	2405
2327	H 9	2400
2353	Du 1	2363
2354	MP 1	2378
2411	Le 1	2364
2403	M 45	2423
2404	G 44	2440
2422	N 1	2458
2434	B 67	2301

NIEUWE METING

- Voor de afsluitende consolidatiefase is een nieuwe meting noodzakelijk.
- Volg de aanwijzingen op het scherm





Procoll is finished.


5.7.5 COUPEROSE/ROSACEA PROGRAMMA MET I-ON, I-VAC EN I-LIGHT, CONSOLIDATIE





SPECIAL SOLUTIONS: Couperose (+Rosacea)



I-ON



SPECIAL SOLUTIONS: Couperose (+Rosacea)



I-VAC



Time (mm:ss) 10:00

Power (%) 0 50 100

Cycles per min. 45

use second I-VAC setting ☒

Power (%) 0 50 100

Cycles per min. 45


Oil code: AA-03/02/01(>>N<<)



SPECIAL SOLUTIONS: Couperose (+Rosacea)




I-LIGHT



SPECIAL SOLUTIONS: Couperose (+Rosacea)




I-LIGHT



SPECIAL SOLUTIONS: Couperose (+Rosacea)



I-ON




Zoom

Bevestig de passieve elektrode (+) met nat gemaakt zeemleren lapje en klittenband aan de pols. Sluit het daarmee verbonden rode snoertje aan op de rode stekker ingang (+) aan de voorkant van het i-Matrixkastje en verbind de dermaroller met de zwarte stekker ingang. Breng op het gezicht en de hals een mengsel aan van Aloe+Restorate (2 eetlepels: 1 theelepel). Stel de juiste amplitude in.

Behandel gezicht en hals met de dermaroller met de eerste 2 raymedies, met zijwaartse bewegingen. Onderbreek daarna het programma even. Verwijder de aloe restanten met een warme doek. Breng daarna een mengsel aan van 2 eetlepels aloe en 7 druppels Q10. Vervolg het programma met de dermaroller en de overige raymedies.

SPECIAL SOLUTIONS: Couperose (+Rosacea)



I-VAC



Zoom

Lymfdrainage.

LET OP!! ZUIGKRACHT REDUCEREN TOT 0 IN HET COUPEROSE-GEBIED!!



Verwijder de aloe-mengselrestanten en breng op het gezicht een mengsel aan van amandelolie en 5 druppels olie-synergie volgens de aangegeven indicatie. Werk symmetrisch met de middelste glazen, evt. op het voorhoofd met de kleinste glazen. Zuigkracht 40 %, 45cycli p. min. Beweeg de glazen -op de momenten dat er geen zuigkracht is, van boven naar beneden of van het midden schuin naar buiten/omlaag. Werk in de volgorde van de genummerde pijlen van de afbeelding:

1. Begin in het sleutelbeenkuiltje (acupunt M11) gedurende 7-8 vacuüm cycli. (niet afgebeeld).
2. Van het centrum van de kin onder de onderlip over de kinrand.
3. Met beide vacuümglazen iets vanuit het midden van de kin over de kinrand.
4. Vanaf de nasolabiaalplooi over de kinrand.
5. Vanaf de wangen over de kinrand.
6. Vanaf de mediolaterale kaakrand naar een kuiltje onder de oorlellen (3H17).
7. Vanaf 3H17 naar omlaag, naar het sleutelbeenkuiltje (M11): 7-8 cycli.
8. Dan vanaf de binnenste ooghoek naar de buitenste ooghoek (ext. acupunt Tae Yang).
9. Vanaf Yin Tang (precies tussen de wenkbrauwen) naar de bovenste haargrens.
10. Vanuit Yin Tang zijwaarts omhoog, via de slapen naar Tae Yang (3-4 cycli).
11. Vandaaruit naar het kuiltje onder beide oorlellen (3H17): 3-4 cycli sleutelbeen.
12. Vanuit 3H17 naar omlaag, naar het sleutelbeenkuiltje (M11): 7-8 cycli.

SPECIAL SOLUTIONS: Couperose (+Rosacea)



I-LIGHT



SPECIAL SOLUTIONS: Couperose (+Rosacea)

Please do 1 EDA measurement for the i-health skin analysis.



back

continue

196	Lo 11	3301
99	Di 1	3681
1999	C 9	2778
1848	3E 1	2474
3188	H 9	982
2993	Du 1	301
3219	MP 1	3537
2798	Le 1	1036
3385	M 45	3290
3993	G 44	2789
2443	N 1	565
3266	B 67	2528

Alles verwijderen

100Hz provocatie

SKIN CARE

SPECIAL SOLUTIONS: Couperose (+Rosacea)




Beamer



emochacatron 4

00:00 05:00

Run




Protocoll is finished.

5.7.6 BESENREISERPROGRAMMA MET I-ON, I-VAC EN I-LIGHT, BUIKBEHANDELING EN CONSOLIDATIE

AARDE, Hypo, Hart

SKIN CARE

SPECIAL SOLUTIONS: BESENREISER



I-VAC



Time (mm:ss) 10:00

Power (%) 0 50 100

Cycles per min. 45

Zoom

Beweeg met beide grote cups symmetrisch en gelijktijdig vanaf de nek naar het heiligbeen, met 80% zuigkracht en 45 cycli per minuut. Leg de nadruk op de rugpunten B 18-23, B25 en B28

Oil code: AA-01

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00

Run

AARDE, Hypo, Hart

SKIN CARE

SPECIAL SOLUTIONS: BESENREISER



I-LIGHT



colorwhite 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00

Run


Zoom

Breng een pakking aan van Aloe+Restorate. Behandel de probleemzones met de i-Light op 10 cm afstand



SPECIAL SOLUTIONS: BESENREISER



I-ON



I-ON amplitude



SPECIAL SOLUTIONS: BESENREISER



I-VAC




Time (mm:ss)


Power (%)

Cycles per min.

use second I-VAC setting ☐

Oil code: CP-02





SPECIAL SOLUTIONS: BESENREISER


Please do 1 EDA measurement for the i-health skin analysis.



196	Lo 11	3301
99	Di 1	3681
1999	C 9	2778
1848	3E 1	2474
3188	H 9	982
2993	Du 1	301
3219	MP 1	3537
2798	Le 1	1036
3385	M 45	3290
3993	G 44	2789
2443	N 1	565
3266	B 67	2528

100Hz provocatie


Alles verwijderen




Procoll is finished.

5.7.7 STRIAE-PROGRAMMA MET I-ON, I-VAC EN I-LIGHT, BUIKBEHANDELING EN CONSOLIDATIE

SPECIAL SOLUTIONS: ZWANGERSCHAPSSTRIEMEN (STRIAE)





I-LIGHT



SPECIAL SOLUTIONS: ZWANGERSCHAPSSTRIEMEN (STRIAE)




I-ON



SPECIAL SOLUTIONS: ZWANGERSCHAPSSTRIEMEN (STRIAE)



I-LIGHT



Zoom

Verwijder de restanten van de amandelolie, en richt de I-Light met ongeveer 10 cm afstand van de probleemgebieden

SPECIAL SOLUTIONS: ZWANGERSCHAPSSTRIEMEN (STRIAE)



I-LIGHT



Zoom

Begin met een rugpakking aan te leggen met Aloe-Restorate. (1 eetlepel 1 theelepel)
 Bestraal vervolgens met de i-Light de probleemgebieden op 10 cm afstand van de huid door te klikken op de RUN-pijl. Als u daarmee klaar bent, klikt u op de CONTINU-pijl om verder te gaan met de volgende stap

AARDE, Hypo, Galblaas SKIN CARE

SPECIAL SOLUTIONS: ZWANGERSCHAPSSTRIEMEN (STRIAE)



I-ON

cicatron 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00

basetron 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00

hormodiatron 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00

flexitron 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00

blood stasis release 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00

calcitron 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00

phlegm release 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00

I-ON amplitude 100 80 60 40 20 0


Run

Zoom

Sluit de passieve electrode (+) aan op de pols met een bevochtigd stukje zeemleer of pad. Het rode kabeltje daarvan is verbonden met de rode stekkerbus aan de voorzijde van het i-matrix apparaat. Verbind de dermaroller met het zwarte kabeltje met de zwarte stekkerbus. Stel de amplitude zodanig in dat er geen stroomsensatie voelbaar is. Beweeg vervolgens de dermaroller langzaam naar links en naar rechts over de probleemgebieden na het aanklikken van de aangegeven Raymedies

AARDE, Hypo, Galblaas SKIN CARE

SPECIAL SOLUTIONS: ZWANGERSCHAPSSTRIEMEN (STRIAE)



I-VAC

Time (mm:ss) 06:00

Power (%) 0 50 100

Cycles per min. 45

use second I-VAC setting ☐

Oil code: AA-01

00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00

Run

Zoom

Client ligt op de rug. Breng het juiste amandeloliemengsel aan op de daarvoor bedoelde zones. Activeer de i-VAC door op RUN te drukken en begin met één klein vacuümglas:

1. op het sleutelbeenkuiltje ter hoogte van acupunt MLI: 7-8 suctie-cycli.
2. Tussen de grote teen en de 2e teen (acupunt Le3): 7-8 suctie-cycli.
3. Vervissel het kleine glas voor het grote. Aan de binnenzijde van de knie (acupunt Le8): 7-8 suctie cycli.
4. Beweeg het grote glas enkele malen vanaf de buitenzijde van de heup naar de lies. Ga vervolgens over tot de buikbehandeling.

HYPER: Beweeg beide grote glazen symmetrisch en gelijktijdig vanaf de taille naar het schaambeent, daarna van de taille naar de navel, en daarna van de taille naar de onderkant van het borstbeen. Beweeg ter afsluiting beide glazen van daaruit naar omlaag, naar het schaambeent.

NORMAAL en HYPO: Beweeg beide grote glazen symmetrisch en gelijktijdig vanaf de taille naar de onderkant van het borstbeen, daarna van de taille naar de navel, en daarna van de taille naar het schaambeent. Beweeg ter afsluiting beide glazen vandaaruit naar omhoog, naar de onderkant van het borstbeen.

AARDE, Hyper, Circulatie SKIN CARE

SPECIAL SOLUTIONS: ZWANGERSCHAPSSTRIEMEN (STRIAE)

Please do 1 EDA measurement for the i-health skin analysis.



196	Lo 11	3301
99	Di 1	3681
1999	C 9	2778
1848	3E 1	2474
3188	H 9	982
2993	Du 1	301
3219	MP 1	3537
2798	Le 1	1036
3385	M 45	3290
3993	G 44	2789
2443	N 1	565
3266	B 67	2528

100Hz provocate

Alles verwijderen



Beamer

emochacatron 5 00:00 05:00

Run

Zoom

Plaats de beamer op de navel

Procoll is finished.

5.7.8 CELLULITE ARM-SCHOUDEPROGRAMMA MET I-ON, I-VAC EN I-LIGHT, BUIKBEHANDELING EN CONSOLIDATIE

AARDE, Hypo, Blaas SKIN CARE

SPECIAL SOLUTIONS: Cellulite arm en schouders



I-LIGHT

colorwhite

00:00 00:30 01:00 01:30 02:00

Run

Zoom

Client in buiklig. Begin met een rugpakking aan te leggen met Aloe-Restorate. (1 eetlepel: 1 theelepel)
Bestraal vervolgens met de i-Light het gebied tussen de 6e nekzwervel en de schouderbladen op ca. 10 cm afstand van de huid door te klikken op de RUN-pijl. Als u daarmee klaar bent, klikt u op de CONTINU-pijl om verder te gaan met de volgende stap

AARDE, Hyper, Long SKIN CARE

SPECIAL SOLUTIONS: Cellulite arm en schouders



I-ON

basetron

pneumasanotron

toxisanotron

emocolotron

hormodiatron

stasis release tonicum

00:00 00:30 01:00 01:30 02:00

Run

I-ON amplitude

100

80

60

40

20

0


back

continue

Zoom

Sluit de passieve electrode (+) aan op de pols met een bevochtigd stukje zeemleer of pad. Het rode kabeltje daarvan is verbonden met de rode stekkerbus aan de voorzijde van het i-matrix apparaat. Verbind de dermaroller met het zwarte kabeltje met de zwarte stekkerbus. Stel de amplitude zodanig in dat er geen stroomsensatie voelbaar is. Beweeg vervolgens de dermaroller langzaam naar links en naar rechts van de rug- en nekzwervels in het probleemgebied na het aanklikken van de eerste Raymedy Basetron. Verwijder nu zorgvuldig het Aloe-Restorate-mengsel met een vochtige warme handdoek, en breng een mengsel aan van Aloe+CC Cell lotion+ kaneel+ Activize. Behandel vervolgens het probleemgebied met de resterende raymedies

SPECIAL SOLUTIONS: Cellulite arm en schouders



I-VAC



Time (mm:ss) 10:00

Power (%) 0 50 100

Cycles per min. 45


Zoom

Verwijder zorgvuldig de Aloe restanten met een warme doek. Breng nu op de rug een mengsel aan van 2 eetlepels Amandelolie met 10 druppels van de op het beeldscherm aangegeven element-essence. Beweeg de beide grote glazen gelijktijdig en symmetrisch in de richting van de pijlen vanaf de nek naar de onderste schouderbladpunten (45 cycli). Verander daarna het aantal cycli in 550, en beweeg beide glazen vanaf de buitenzijde van de bovenrug naar de wervelkolom toe. Daarna zorgvuldig de olierestanten verwijderen met een warme doek.

SPECIAL SOLUTIONS: Cellulite arm en schouders



I-LIGHT



Zoom

Activeer de Raymedies door op de RUN-pijl te klikken, en richt de I-Light met ongeveer 10 cm afstand op de aangegeven behandelzone

SPECIAL SOLUTIONS: Cellulite arm en schouders



I-LIGHT



colorwhite 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00

Run



Zoom

Begin met een rugpakking aan te leggen met Aloe-Restorate (2 eetlepels:1 theelepel) op de binnenzijde van de bovenarm. Bestraal vervolgens met de i-Light de probleemzones 10 cm afstand van de huid door te klikken op de RUN-pijl. Als u daarmee klaar bent, klikt u op de CONTINUE-pijl om verder te gaan met de volgende stap

back

continue

AARDE, Hyper, Long

SKIN CARE

SPECIAL SOLUTIONS: Cellulite arm en schouders



I-ON

cicatron 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00

basetron 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00

hormosanotron 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00

Run

I-ON amplitude 100-80-60-40-20-0

Zoom

Sluit de passieve electrode (+) aan op de pols met een bevochtigd stukje zeemleer of pad. Het rode kabeltje daarvan is verbonden met de rode stekkerbus aan de voorzijde van het i-matrix apparaat. Verbind de dermaroller met het zwarte kabeltje met de zwarte stekkerbus. Stel de amplitude zodanig in dat er geen stroomsensatie voelbaar is.

1. Activeer de i-ON door op de RUN-pijl te klikken, en behandel de probleemzones van de bovenarm met de dermaroller en de eerste 2 Raymedies Cicatron en Basetron
2. Verwijder met een warme doek zorgvuldig de Aloe-Restorate restanten, en breng een nieuwe pakking aan met Aloe+CC Cell Lotion+kaneel+ Activize
3. Behandel opnieuw het probleem gebied met de dermaroller en de resterende Raymedies
4. Verwijder opnieuw zorgvuldig de restanten van het Aloe-mengsel

AARDE, Hyper, Long

SKIN CARE

SPECIAL SOLUTIONS: Cellulite arm en schouders



I-LIGHT

colorwhite 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00

Run

Zoom

Client lin rugligging, met de armen parallel aan het lichaam. Begin met een rugpakking aan te leggen met Aloe-Restorate. (2 eetlepels: 1 theelepel) op de buitenzijde van de bovenarm.

Bestraal vervolgens met de i-Light de probleemzones op 10 cm afstand van de huid door te klikken op de RUN-pijl. Als u daarmee klaar bent, klikt u op de CONTINUE-pijl om verder te gaan met de volgende stap

AARDE, Hypo, Blaas

SKIN CARE

SPECIAL SOLUTIONS: Cellulite arm en schouders



I-ON

cicatron 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00

basetron 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00

hormosanotron 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00

Run

I-ON amplitude 100-80-60-40-20-0

Zoom


Sluit de passieve electrode (+) aan op de pols met een bevochtigd stukje zeemleer of pad. Het rode kabeltje daarvan is verbonden met de rode stekkerbus aan de voorzijde van het i-matrix apparaat. Verbind de dermaroller met het zwarte kabeltje met de zwarte stekkerbus. Stel de amplitude zodanig in dat er geen stroomsensatie voelbaar is.

1. Activeer de i-ON door op de RUN-pijl te klikken, en behandel de probleemzones van de bovenarm met de dermaroller en de eerste 2 Raymedies Cicatron en Basetron
2. Verwijder met een warme doek zorgvuldig de Aloe-Restorate restanten, en breng een nieuwe pakking aan met Aloe+CC Cell Lotion+kaneel+ Activize
3. Behandel opnieuw het probleem gebied met de dermaroller en de resterende Raymedies
4. Verwijder opnieuw zorgvuldig de restanten van het Aloe-mengsel

AARDE, Hypo, Blaas

SKIN CARE

SPECIAL SOLUTIONS: Cellulite arm en schouders



I-VAC



Time (mm:ss) 10:00

Power (%) 0 50 100

Cycles per min. 45

use second I-VAC setting ☐

Zoom

Breng op de arm een mengsel aan van 2 eetlepels Amandelolie met 10 druppels van het daarbij passende element-essence. Activeer de I-VAC door op de RUN-pijl te klikken.

1. Begin met een groot vacuümglas in de okselholte: 7-8 vacuümcycli bij 45 cycli per minuut (leegmaken van het "lymfe-meer")
2. Verwissel het grote glas voor het kleinste, en behandel daarmee het punt Maag 11, op het kuiltje van het sleutelbeen: 7-8 vacuümcycli bij 45 cycli per minuut
3. Gebruik nu het middelkleine vacuümglas (afhankelijk van de omvang van de bovenarm) en beweeg daarmee van de elleboog naar de schoudergordel
4. Afsluitend herhaalt u de behandeling van de okselholte met het grote vacuümglas: 7-8 vacuümcycli, bij 45 cycli per minuut.

Verwijder daarna daarna zorgvuldig de olie-restanten

AARDE, Hypo, Blaas

SKIN CARE

SPECIAL SOLUTIONS: Cellulite arm en schouders



I-LIGHT



cicatron 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 Run

basatron 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00

hormosanotron 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00

psychosanotron 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00

emovagotron 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00

stasis release tonicum 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00

Zoom

Client lin rugligging, met de armen parallel aan het lichaam.

Bestraal met de i-Light de probleemzones op 10 cm afstand van de huid door te klikken op de RUN-pijl. Als u daarmee klaar bent, klikt u op de CONTINUE-pijl om verder te gaan met de volgende stap

Please do 1 EDA measurement for the i-health skin analysis.




196	Lo 11	3301
99	Di 1	3681
1999	C 9	2778
1848	3E 1	2474
3188	H 9	982
2993	Du 1	301
3219	MP 1	3537
2798	Le 1	1036
3385	M 45	3290
3993	G 44	2789
2443	N 1	565
3266	B 67	2528

Alles verwijderd

100Hz provocatie

AARDE, Hypo, Long SKIN CARE

SPECIAL SOLUTIONS: Cellulite arm en schouders



I-VAC

Zoom

Client ligt op de rug. Breng het juiste amandeloliemengsel aan op de daarvoor bedoelde zones. Activeer de i-VAC door op RUN te drukken en begin met één klein vacuümglas:

1. Tussen de grote teen en de 2e teen (acupunt Le3): 7-8 suctie-cycli.
2. Verwissel het kleine glas voor het grote. Aan de binnenzijde van de knie (acupunt Le8): 7-8 suctie cycli.
3. Beweeg het grote glas enkele malen vanaf de buitenzijde van de heup naar de lies.
4. Ga vervolgens over tot de buikbehandeling.

HYPER: Beweeg beide grote glazen symmetrisch en gelijktijdig vanaf de taille naar het schaambeent, daarna van de taille naar de navel, en daarna van de taille naar de onderkant van het borstbeen. Beweeg ter afsluiting beide glazen van daaruit naar omlaag, naar het schaambeent.

NORMAAL en HYPO: Beweeg beide grote glazen symmetrisch en gelijktijdig vanaf de taille naar de onderkant van het borstbeen, daarna van de taille naar de navel, en daarna van de taille naar het schaambeent. Beweeg ter afsluiting beide glazen vandaaruit naar omhoog, naar de onderkant van het borstbeen.

Run

SPECIAL SOLUTIONS: Cellulite arm en schouders

Please do 1 EDA measurement for the i-health skin analysis.



196	Lo 11	3301
99	Di 1	3681
1999	C 9	2778
1848	3E 1	2474
3188	H 9	982
2993	Du 1	301
3219	MP 1	3537
2798	Le 1	1036
3385	M 45	3290
3993	G 44	2789
2443	N 1	565
3266	B 67	2528

100Hz provocatie

Alles verwijderen



Beamer

emochacatron 4

00:00 05:00

Run

Zoom

Plaats de beamer op de navel

Protocoll is finished.

5.7.9 AFBEELDINGEN VAN SPECIFIEKE LYMFBEHANDELINGSPUNTEN

In alle i-VAC lymfmassagebehandelingen worden telkens de acupunctuurpunten M11, Le 3, en Le 8 gebruikt ter versterking van de lokale drainagewerking. De juiste locaties en indicaties van die punten worden hieronder in beelden weergegeven.


Le 3 Bron/aardepunt



Locatie:
in de hoek tussen het eerste en
tweede middenvoetsbeentje

Indicatie:
heft stuwing op, verbetert de
bloed- en lymfcirculatie


Le 8 waterpunt, toniseringspunt



Locatie: Binnenkant van de gebogen
knie, aan het einde van de knieplooi

Indicaties: zwellingen, stuwing,
verkrampingen, werkt verkoelend,
huidzuiverend en oplossend

Mg 11 "Huis van Qi" ontknopingspunt



Locatie: bovenrand van het sleutelbeen, in een
kuiltje tussen de beide aanhechtingen van de M.
Sternocleidomastoideus

Indicaties: stuwing, zwelling en verkramping in het
keel-hals-nekgebied